Patientinformation
Dialys- och Njursviktsmottagningen NU-sjukvården

Mekanisk rengöring av aggregat (kateterförlängning) PD

För mekanisk rengöring av aggregat (kateterförlängning).

Om du råkar nudda vid aggregatänden (det som är under jodhatten) med kläder, handen eller dylikt. **Stäng aggregatet och sätt på en ny jodhatt.**

1. Tag fram desinfektionsservetten och en ny jodhatt. Sprita händerna.
2. Tag av jodhatten och rengör sedan aggregatänden med desinfektionsservetten under tre minuter.
3. Sätt på en ny jodhatt. Vänta minst en timme innan nästa påsbyte.
4. Lägg en ny påse på värmeplattan (manuella byten).
5. Om du har nattmaskin och har tagit av hatten till patientslangen så ska maskinen kläs om.
6. Ring PD-mottagningen så får Du fler servetter.

Var extra observant på vätskans utseende!