

# Bevakningsrutin kontroll av blodtrycksmätare

## Bakgrund, syfte och mål

Att säkerställa korrekt utfall samt spårbarhet.

## Ansvarig person

Varje Barnmorskemottagning ska utse en person som är huvudansvarig för att bevaka att kontroller av blodtrycksapparater utförs årligen.

Om ansvarig person är sjuk eller oplanerat frånvarande ska enhetschef delegera ansvaret. När den årliga kontrollen är utförd lägger ansvarig person ånyo en bevakning i tidboken efter 1 år.

## Automatiska blodtrycksmätare

Ansvarig person ska bevaka att Medicinsk teknik på respektive sjukhus genomför årliga kontroller av mottagningens automatiska blodtrycksmätare.

## Manuella blodtrycksmätare

Ansvarig person ska genomföra årliga kontroller av manuella blodtrycksmanschetter med hjälp av kontrollmanometer.

Kontrollmanometer kontrolleras av Medicinsk teknik.

## Arbetsgrupp

### Innehållsansvarig

Charlotta Jansson, verksamhetsutvecklare, Centralt  
Mödrahälsovårdsteam (CMHV), Barnmorskemottagningar  
Regionhälsan.

Ulrika Bjällmark,  
samordningsbarnmorska/verksamhetsutvecklare, CMHV,  
Barnmorskemottagningar Regionhälsan.

### Godkännare

Maria Gjertsen, regionområdeschef, barnmorskemottagningar och  
gynekologi, Regionhälsan.

Linnéa Swanson, områdeschef, barnmorskemottagningar och  
gynekologi, Regionhälsan.

Susanne Samuelsson, områdeschef, barnmorskemottagningar och  
gynekologi, Regionhälsan.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Barnmorskemottagning och gynekologi

**Innehållsansvar:** Charlotta Jansson, (chasp), Utvecklingsledare

**Granskad av:** Charlotta Jansson, (chasp), Utvecklingsledare,  
Ulrika Bjällmark, (ulran22), Barnmorska öppenvård

**Godkänd av:** Maria Gjertsen, (marem2), Regionområdeschef,  
Susanne Samuelsson, (sussa7), Områdeschef, Linnéa Swanson,  
(linsw1), Områdeschef

**Dokument-ID:** RHS9927-391389789-136

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-08-21

**Giltig till:** 2027-08-21