



Checklista Ny standardkoppling för Spinal, Epidural och nervblockad införs i VGR! NRFit, ISO80369-6

I VGR genomförs införandet av NRFit- standard i en successiv övergång under vecka 39–44. Därefter kommer produkter med Luerfattning för epidural, spinal, perifera blockader och sårblockader att utgå ur sortimentet.

Vilka åtgärder behöver berörda verksamheter genomföra?

- Informera all personal på avdelningen
- Inventera avdelningens förråd, och identifiera de produkter som berörs av den nya standarden. Använd sortimentsvägledning NRFit via länken nedan. Ta reda på vilka produkter som kommer att utgå ur sortimentet V44, och de produkter som kommer att finnas kvar i sortimentet i dubbla utförande, Luerfattning och NRFitkoppling.
[Sortimentsvägledning NRFit](#)
- Vid beställning av extemporeläkemedel säkerställ att önskad koppling framgår vid beställning, se Frågor och Svar.

För de verksamheter som får sin försörjning av produkter via MIV 2.0!

Om er avdelning försörjs med produkter via MIV 2.0, kommer utbyte av produkter ske i samarbete med ansvarig MIV-samordnare. Ni behöver inte komma in med en förändringsbegäran, ansvarig samordnare kommer att kontakta berörda verksamheter.

- Planera beställning av NRFitprodukter och utfasningen av sortiment som kommer utgå.
- Produkterna beställs via Marknadsplatsen, samtliga produkter som tillhör NRFit-standard kan sökas upp med hjälp av prefix "NRFit".

