

## Driftsättningskontroll av elektroniskt Lab-flöde

### Bakgrund:

Innan ett elektroniskt remiss- och provsvarfsflöde kan öppnas för en enhet måste en driftsättningskontroll utföras. Den genomförs av VGR:s IT tillsammans med tillkopplat sjukhuslab/aktuell disciplin och utförs en vecka före planerad produktionsstart. Efter att testerna är godkända lämnas systemet ”öppet” för elektroniskt flöde.

### Kontroll av elektroniska svar på enheten

Rutin för att säkerhetsställa att det elektroniska provsvarfsflödet fungerar.

- 1: a veckan efter produktionsstart ska alla elektroniskt inkomna provsvar i AsynjaVisph kontrolleras mot papperssvar.
  - Åtgärd vid fel: Kontakta VGR:s IT.

Vid korrekt elektronisk överföring, enligt ovan, kontaktar enheten sjukhuslabbet/en för avslut av papperssvar. Papperskopian av inkommit E-svar sparas enligt enhetens rutin.

De provsvar som inte skickas med elektroniskt flöde kommer fortsättningsvis med papperssvar och hanteras enligt rutin [Analyssvar i pappersform](#).