

Datum 2025-05-22

## Viktig information om telefoner till teledermatoskopi

De telefoner som används för att ta bilder på hudförändringar med dermatoskop är en iPhone med ett modellanpassat connection kit.

Vid byte av iPhone till nyare modell behöver också connection kit anskaffas. Dermatoskopet behöver inte bytas!

### Central Inaktivering av utgångna modeller

Telefonerna bör inte vara äldre än fem år för att vara uppdaterade med aktuella säkerhetsfunktioner. Det räknas från det år modellen lanseras. Om telefonerna är äldre och inte uppdateras uppfyller de inte aktuella säkerhetskrav.

Från juni 2025 kommer utgångna modeller inaktiveras löpande. Inaktivering medför fränkoppling från VGR nätverk och åtkomst till interna appar. Detta påverkar i nuläget inte funktion för att ta bilder och överföra till dator.

Registrerad användare kommer att meddelas sex veckor innan inaktivering.

### Rekommendation av mobiltelefon

Senaste enkla version av iPhone (maj 2025 är det iPhone 16).

iPhone Pro och Pro Max bör undvikas p.g.a. kostnad och storlek (kan vara svårt att komma åt). iPhone beställs på Serviceportalen. Vid beställning ange "Funktion allmän" i fältet för Funktionsprofil.

Nytt connection kit (mobilskalet med fäste för dermatoskop) ska beställas för den iPhone-modell som beställs.

(maj 2025 "Dermlite Connection Kit för iPhone 16" passar ovanstående exempel). Connection Kit beställs på Marknadsplatsen.