

Vårdhygieniska aspekter att tänka på vid inköp av spoldesinfektor i kommunal vård och omsorg

Spoldesinfektorn är främst avsedd för sugflaskor, bäcken, urinflaskor och hinkar. Enligt SS-EN ISO 15883:2009 är den **inte avsedd för instrument**.

I kravspecifikationen ska det ingå:

- Utbildning till personal vid installation och vid behov under avtalsperiod.
- Leverantören ansvarar för installation-, funktions- och processkontroll enl. standard SS-EN ISO 15883-5.
- Serviceavtal för förebyggande årliga underhåll.
- Serviceavtal vid maskinhaveri och akuta driftstörningar där det framgår inställetid.
- Finns en egen lokalförsörjning som tar över det årliga underhållet vid garantitidens slut ska det ingå validering vid övertag av ansvaret.
- Rekommenderade diskmedel ska anges.

Innan inköp behöver du även tänka igenom:

- Hur många enheter kommer att använda spoldesinfektorn?
- Var är bästa placeringen?
- Vem kontrollerar inför installation att anslutningar finns och är ok?
- Vem installerar?
- För lokalens utformning läs [Bygghälsan och Vårdhygien](#) s. 92.

[Utbildningsmaterial disk- och spoldesinfektor valideringens grunder](#)

[Vårdhandboken - Desinfektionsapparatur](#)