

Vårdhygieniska aspekter att tänka på vid inköp av diskdesinfektor i kommunal vård och omsorg

Vid din kravspecifikation till leverantören specificera behovet:

- Vilken typ av gods kommer att desinfekteras?
t.ex. instrument, saxar, pincetter, rondskålar etc.
- Hur mycket gods kommer att desinfekteras?
- Behövs funktion för genomspolning av rörformiga instrument?
t.ex. inhalationsutrustning, duschmunstycken.
- Inbyggd torkfunktion ska ingå.

I kravspecifikationen ska det ingå:

- Utbildning till personal vid installation och vid behov under avtalsperiod.
- Leverantören ansvarar för installation-, funktions- och processkontroll enl. standard SS-EN ISO 15883-5.
- Serviceavtal för förebyggande årliga underhåll.
- Serviceavtal vid maskinhaveri och akuta driftstörningar där det framgår inställelsetid.
- Finns en egen lokalförsörjning som tar över det årliga underhållet vid garantitidens slut ska det ingå validering vid övertag av ansvaret.
- Rekommenderade diskmedel och torkmedel ska anges.

Innan inköp behöver du även tänka igenom:

- Hur många enheter kommer att använda diskdesinfektorn.
- Var är bästa placeringen?
- Vem kontrollerar inför installation att anslutningar finns och är ok?
- Vem installerar?
- För lokalens utformning läs [Bygghandboken och Vårdhygien](#) s. 92.

[Utbildningsmaterial disk- och spoldesinfektor valideringens grunder](#)
[Vårdhandboken - Desinfektionsapparatur](#)