

Uppgift 4: Kemisk desinfektion

I denna uppgift utgör ni en grupp som ska ställa upp krav på desinfektionsmedel inför en ny upphandling. Er uppgift gäller kraven på effekt – krav på andra aspekter så som miljö och arbetsmiljö tas om hand av andra professioner.

- Ange för varje område vilka standarder ni vill **ska** vara uppfyllda (minimikrav) och eventuella standarder som **bör** vara uppfyllda (önskvärt men inte ett absolut måste).
- Ta också ställning till om ni vill ställa krav på att produkten ska eller bör vara CE-märkt enligt MTP-förordningen (dvs klassad som en medicinteknisk produkt) eller om det går bra att den är klassad som biocid. Motivera era val.
- För varje standard ni anger, beskriv kortfattat hur testning enligt de valda standarderna går till, hur resultatet mäts och vilka gränsvärden som gäller för godkänt test.

Område 1: Medel för punktdesinfektion och daglig desinfektion av patientnära ytor. Medlet kan ibland komma att användas på medicintekniska produkter klass 1.

Område 2: Medel för punktdesinfektion och daglig desinfektion av patientnära ytor hos patient med misstänkt eller konstaterad virusgastroenterit (t ex norovirusinfektion). Medlet kan ibland komma att användas på medicintekniska produkter klass 1.

Område 3: Medel för punktdesinfektion och daglig desinfektion av patientnära ytor hos patient med *Clostridioides difficile*. Medlet kan ibland komma att användas på medicintekniska produkter klass 1.

Redovisning

Gemensam redovisning i helgrupp muntligt och med mentimeter.

Resurser

Vägledning för desinfektion i vården (se särskilt avsnitten ”Standarder”, ”Mekanisk bearbetning av ytor med desinfektionsmedel” och ”Aspekter att ta hänsyn till vid upphandling”):

<https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.377bc7e1192ae26b95b72908/1730298276229/Desinfektion-i-varden-vagledning.pdf>

SS-EN 14885:2022 [Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Tillämpning av Europastandarder för kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel](#) (speciellt avsnitt ”4.3 Chemical disinfectants and antiseptics for use in the medical area”)

Relevanta SIS standarder via [SIS.se](#)