

 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN		Dokumentnamn Mall 18 Förvaring och kontroll av medicinska gasflaskor	Gäller vid Infektionsavdelningen
Utgåva	Utarbetad av	Godkänd / Fastställd av	Gäller fr o m 2024-06-01
Sparas 2 år på enheten	Namnförtydligande och titel Boel Ahlmark	Namnförtydligande och titel Eva-Marie Boman	Sida 1 av 1

Förvaring och kontroll av medicinsk gasflaska på enhet

Gasflaskorna som förvaras på vårdenheten ska skrivas upp på en särskild förteckning. Medicinska gaser ska förvaras i väl ventilerat utrymme med normala temperaturförhållanden. Förvaringsutrymme samt ytterdörrar in till vårdenheten ska vara uppmärkta med varningsskylt för gasflaskor. Flaskor ska förvaras på säkert sätt (förankrade för att inte falla) och varje gassort för sig. Tomma flaskor förvaras åtskilda från fulla. För vidare information se kapitel 12, [regionala rutiner för läkemedelshantering](#).

Medicinska gasflaskor finns på följande ställen/lagerplatser:

Typ av gas	Förvaringsplats (t.ex. förråd (ange rumsnummer), akutvagn, tryckvakt)	Antal flaskor

Kontroll av gasflaskor ska göras en gång per månad.

Kontrollera

- Flaskornas utseende (hela och rena)
- Etikett och färgkod (rätt sort och kvalitet)
- Att gasflaskans ventil är stängd
- Utgångsdatum, och att äldst flaskor står längst fram. Observera att ett utgångsdatum finns för flaskan och ett för gasen i flaskan.
- Att tomma respektive fulla/påbörjade flaskor är förvarade åtskilda

	Andningsoxygen	Andningsluft	Annan medicinsk gas (ange sort):
Månad	Kontroll utförd enligt ovan (datum och signum)	Kontroll utförd enligt ovan (datum och signum)	Kontroll utförd enligt ovan (datum och signum)
Januari			
Februari			
Mars			
April			
Maj			
Juni			
Juli			
Augusti			
September			
Oktober			
November			
December			

Sparas 2 år på enheten