



LAB-NYTT 2025:1

Information från Regional Laboratoriemedicin 2025-01-17

Remiss 1 pappersremiss till Klinisk kemi

Det finns ett ny upplaga av Remiss 1 där vissa analyser lagts till. 25-OH Vitamin D har uppdaterats med ny rörtyp.

Den nya upplagan kan beställas via Marknadsplatsen, artikelnummer: 113768311.

Provtagningsrör för urinodling

Använd 10 ml rör med gult skruvlock och konisk botten eller 7/6,5 ml vacuettrör för urin vid provtagning för urinodling. Dessa rör kan hanteras med automatik av odlingsrobot vilket förbättrar provflödet.

10 ml vacuettrör med rundad botten kan inte hanteras av odlingsroboten.

Artikelnummer på Marknadsplatsen

Rör med gult skruvlock 10 ml, konsk botten: 102769965

Rör vac pl 7/6,5 ml f urin, utan tillsatser: 200000988

Patologi- och Cytologiremisser

Använd etikett för patientidentitet samt remitterande instans på remiss till laboratoriet för en ökad patientsäkerhet.

Kontakt:

Klinisk kemi Borås: 033-616 18 64

Klinisk Mikrobiologi Borås: 033-6161883


Transfusionsmedicin Borås: 033-6161889

Klinisk patologi Borås: 033-6161895

Klinisk cytologi Borås: 033-6162378

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Alingsås: 0322-226320

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Skene: 0320-779245



Har du synpunkter på Lab-Nytt kontakta:
emmelie.johansson@vgregion.se