

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service
Innehållsansvar: Åsa Offesson, (asaof1), Sektionsledare
Granskad av: Angelica Engvall, (ageko1), Överläkare
Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-04-28

Giltig till: 2028-04-28

Reuma, MR helrygg, SÄS

Syfte

Metodbeskrivning av MR Helrygg Reuma

Förändringar sedan föregående version

Ny metod

Arbetsbeskrivning

Us kod/Us namn

M25000/MR Helrygg

Undersökningstid

35 min/45 min

Indikation

Reumatiska MSK-förändringar

Förberedelser

Frågeformulär [Förberedelser och frågeformulär inför](#)

[magnetkameraundersökning - Södra Älvsborgs Sjukhus](#)

ID kontroll

Patienten ska byta om till patientkläder vid undersökningen

Förse patienten med hörselskydd samt larmballong

System

1.5T Siemens

3T Philips (undvik)

Patientpositionering

Head first - Supine

Patientcentrering

Centrera på hakan med lasern.

Spole

Head neck + ryggsolen

Sekvenser/kriterier **SIEMENS 1.5 Tesla**

Sekvens	Snittplan	Snitt tjocklek	Täckningsområde, vinkling med mera (kriterier)
AA Spine scout			
T2 tse stir C	SAG	3 mm	Vinkla längs ryggmärgen. Hela halsryggen med marginal
T1 tse C	SAG	3 mm	Vinkla längs ryggmärgen. Hela halsryggen med marginal
T2 stir tse T	SAG	3 mm	Vinkla längs ryggmärgen. Hela brösttryggen med marginal
T1 tse T	SAG	3 mm	Vinkla längs ryggmärgen. Hela brösttryggen med marginal
T2 stir tse L	SAG	3 mm	Vinkla längs ryggmärgen. Th11 + hela ländryggen med marginal samt foramina ska vara med på båda sidor
T1 tse L	SAG	3 mm	Vinkla längs ryggmärgen. Th11 + hela ländryggen med marginal samt foramina ska vara med på båda sidor
T2 tse STIR	COR	3 mm	Vinklad längs med kotpelaren. Brösttryggen (Costovertebralt)

Sekvenser/kriterier **PHILIPS 3 Tesla**

Sekvens	Snittplan	Snitt tjocklek	Täckningsområde, vinkling med mera (kriterier)
---------	-----------	----------------	--

SURVEY			
T2w mDixon upper (STIR)	SAG	4 mm	Vinkla längs ryggmärgen. Hela halsryggen samt så mycket av brösttryggen ryms i boxen. Dixon ger rekonstruktion T2 + STIR
T2w mDixon lower (STIR)	SAG	4 mm	Vinkla längs ryggmärgen. Hela ländryggen samt så mycket av brösttryggen som ryms i boxen. Brösttryggen ska överlappa Upper SAG. Dixon ger rekonstruktion T2 + STIR
T1w mDixon upper	SAG	4 mm	Vinkla längs ryggmärgen. Hela halsryggen samt så mycket av brösttryggen ryms i boxen
T1w mDixon lower	SAG	4 mm	Vinkla längs ryggmärgen. Hela ländryggen samt så mycket av brösttryggen som ryms i boxen. Brösttryggen ska överlappa Upper SAG.
STIR tse	COR	3 mm	Vinklad längs med kotpelaren. Brösttryggen (Costovertebralt)

Dokumentation

Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss. Administrerade läkemedel journalförs i Sectra-PACS.

MR-säkerhet

Rutin för MR-säkerhet följs i enlighet med säkerhetshandbok för MR-verksamhet. Vid implantat används SU:s implantatbedömningar eller ring fysikernas säkerhetstelefon på 031 342 44 17.

Övrigt

Helrygg bokas i första hand på 1.5T.

På Siemens: Auto align spine, kommer att centrera boxen automatiskt, kolla och justera om behov finns.

Patienter med implantat i aktuellt undersökningsområdet ska alltid bokas på 1.5 Tesla med extra tid för WARP sekvenser.

Överlappa alltid sekvenserna så att maskinen kan lägga ihop bilderna.

Dokumentinformation

Innehållsansvariga

Åsa Offesson, röntgensjuksköterska, bild- och funktionsmedicin, SÄS

Angelica Engvall, överläkare, bild- och funktionsmedicin, SÄS

Innehållsgranskare

Angelica Engvall, överläkare, bild- och funktionsmedicin, SÄS

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

Nyckelord

Metodbok MR, reumatiska MSK-förändringar, MR helrygg, magnetkamera

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Innehållsansvar: Åsa Offesson, (asaof1), Sektionsledare

Granskad av: Angelica Engvall, (ageko1), Överläkare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9631-1641598044-690

Version: 1.0

Giltig från: 2026-04-28

Giltig till: 2028-04-28