

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Giltig från: 2025-03-25

Innehållsansvar: Sheida Norbakhsh Kirlappos, (sheno1), Biomedicinsk analytiker

Giltig till: 2027-03-19

Granskad av: Gunhild Aggeryd Zackrisson, (gunag4), Specialistläkare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Mjälte – ultraljudsundersökning radiologi (SÄS)

Förändring från föregående version

Tabell avseende vilken /vilka transducer som är förstahandsval har införts.

Under rubriken genomförande har det förtydligats att det är önskvärt med pictogram eller förklarande text på sparade bilder.

Sammanfattning

Beskrivning av ultraljudsundersökning vanligen vid storlekskontroll men även undersökning av fokal förändring. För personal inom radiologi SÄS.

Förutsättningar

SoS-kod: 945 XXX

Förberedelser

[Förberedelser, samlingsdokument för ultraljudsundersökningar inom radiologi Borås och Skene](#)

Patienten

Patienten placeras liggande plant på rygg nära britskanten. Täckande plagg avlägsnas och handdukar placeras för att skydda byxlinning etc.

Transducer/transducrar

CANON	Vuxen	i8CX1
	Barn	10C1, 11MC4
GE	Vuxen	C1-6
	Barn	C3-10, C2-9, ML6-15

Genomförande

Undersökning

Läkare/BMA utför undersökningen.

Textangivelse +/- pictogram på bilderna.

Efter undersökningen

Informera om när och från vem patienten får svar.

Torka av transducern med Ytdesinfektion Plus.

Dokumentation

Ändra SoS-kod vid behov. Görs av undersökande läkare/BMA.

Dokumentinformation

Innehållsansvariga

Sheida Norbakhsh Kirlappos, biomedicinsk analytiker, bild- och funktionsmedicin, SÄS

Innehållsgranskare

Gunhild Aggeryd Zackrisson, specialistläkare, bild, och funktionsmedicin, SÄS

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

Nyckelord

Metodbok ultraljud, mjälte

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Innehållsansvar: Sheida Norbakhsh Kirlappos, (shen01),
Biomedicinsk analytiker

Granskad av: Gunhild Aggeryd Zackrisson, (gunag4),
Specialistläkare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9631-514148307-115

Version: 5.0

Giltig från: 2025-03-25

Giltig till: 2027-03-19