

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Mårten Torle, (marto1), Överläkare

Granskad av: Johanna Källén, (johka87), Medicinsk sekreterare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-27

Giltig till: 2028-03-26

Graviditet - fastställande av icke viabel

Förändringar sedan föregående version
Inga förändringar sedan föregående version.

Sammanfattning

Rutiner för att fastställa icke viabel graviditet.

Förutsättningar

Tom hinnsäck, $MSD \geq 25$ mm

MSD (mean gestational sac diameter) = medeldiametern av hinnsäcken mätt i tre plan (orthogonala diametrar)

$CRL \geq 7$ mm och avsaknad av hjärtaktivitet

Genomförande

Om måtten är mindre än ovan (osäker viabilitet) görs ett nytt ultraljud efter cirka 10 dagar (efter minst 7 dagar).

S-hCG har inget ytterligare värde i diagnostiken.

Dopplerundersökning skall inte göras i tidig graviditet.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Mårten Torle, överläkare, kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus

Nyckelord

Hinnsäck, MSD, graviditet, CRL

Referensförteckning

1. When is a pregnancy nonviable and what criteria should be used to define miscarriage? Fertility and Sterility.
Tom Bourne. Vol 98 no.5/November 2012.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Mårten Torle, (marto1), Överläkare

Granskad av: Johanna Källén, (johka87), Medicinsk sekreterare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9641-1173499273-66

Version: 6.0

Giltig från: 2026-03-27

Giltig till: 2028-03-26