

# Personlyft - Övergripande riktlinjer för användande

## Förändringar sedan föregående version

Lite språkliga och grammatiska ändringar i texten. Tillägg att man bör vara två vårdpersonal vid användandet samt uppdatering av källförteckning.

## Sammanfattning

Personlyft och lyftsele är medicintekniska produkter och omfattas av de lagar och förordningar som gäller för dessa produkter. I riktlinjen beskrivs, dels verksamhetschefens, dels vårdpersonalens ansvar för upprätthållande av kompetens och att genomförandet sker på ett, för patienter, tryggt och säkert sätt. Riktlinjen beskriver ansvarsfördelning och användande av personlyft och sele för att säkerställa patientsäkerheten.

## Bilaga

[Blankett, Personlyft - Kompetensbevis för användning](#)

## Bakgrund och syfte

Syfte med denna riktlinje är att överflyttningar/förflyttningar, som sker för patienter med personlyft, blir säkra och trygga.

Personlyft och lyftsele är medicintekniska produkter och omfattas av de lagar och förordningar som gäller för dessa produkter, se även

[Vårdhandboken, avsnitt Medicintekniska produkter.](#)

# Förutsättningar

## Ansvarsfördelning

### **Verksamhetschefens ansvar**

Det är verksamhetschefens ansvar att tillse att:

- personal har tillräcklig kompetens och utbildning samt har de resurser som behövs för att utföra arbetet på ett säkert sätt
- rutiner kring användande av personlyft och lyftsele är kända på enheten.

### **Vårdpersonalens ansvar**

Det är varje medarbetares ansvar att:

- ha kunskap om och följa övergripande rutiner
- ha kompetens för att på ett säkert sätt kunna använda personlyft och lyftsele
- utföra funktionskontroll enligt bruksanvisning
- känna till de risker med personlyft och lyftsele som kan inträffa samt hur dessa kan förebyggas
- ha kunskap om vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning när en negativ händelse riskerar att inträffa eller har inträffat
- skriva avvikelser när en negativ händelse riskerat att inträffa eller har inträffat

Det finns [en blankett](#) som kan användas för att säkerställa att vårdpersonal som använder personlyft har rätt kompetens och vilket ansvar vårdpersonal har.

## Utförande

Vid användning av personlyft och lyftsele vid överflyttning av patient, finns det risk för allvarlig skada eller tillbud. Fel handhavande vid användning av personlyft och lyftsele är den vanligaste orsaken till att skada eller risk för skada uppstår.

För att användandet av personlyft och lyftsele ska vara säkert för patient, ska all personal som använder personlyft och lyftsele vid

överflyttning av patient, ha tillräcklig kompetens och förutsättning för att utföra arbetet. Vårdpersonal ska ha utbildning i placering av lyftsele och känna till risker och förebyggande av risker. Man bör alltid vara två vårdpersonal vid användande av personlyft och lyftsele vid överflyttning/förflyttning av patient.

Om patient har använt lyft och sele vid överflyttningar före ankomst till sjukhuset, och har en sele personligt utprovad, bör denna sele tas med till sjukhuset tillsammans med tillhörande skriftlig instruktion. Instruktionen bör innehålla beskrivning av hur lyftselen ska placeras och hanteras för att skapa en så säker överflyttning som möjligt för patient.

## Bruksanvisning för personlyft och lyftsele

Vårdpersonal ska vara väl förtrogen med innehåll samt följa anvisningarna i aktuell bruksanvisning, som ska finnas lätt tillgänglig.

## Uppföljning

### **Avvikelser**

Skriv avvikelse om negativ händelse, tillbud eller risk för dessa har inträffat.

## Källförteckning

- SFS 2010:659, patientsäkerhetslag. [Patientsäkerhetslagen - Patientsäkerhet](#)
- SFS 2017:30, hälso- och sjukvårdslag. [Hälso- och sjukvårdslagen - Patientsäkerhet](#)
- SFS 2021:600, lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter medicintekniska produkter [Lag \(2021:600\) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter | Sveriges riksdag](#)
- HSLF-FS 2021:52 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården [HSLF-FS 2021:52 Socialstyrelsens föreskrifter om användning](#)

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

[av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården -  
Socialstyrelsen](#)

- [Vårdhandboken.se. Översikt Medicintekniska produkter  
www.vardhandboken.se](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje

**Gäller för:** Södra Älvsborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Anette Eriksson, (aneer14), Administrativ koordinator

**Granskad av:** Anette Eriksson, (aneer14), Administrativ koordinator

**Godkänd av:** Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

**Dokument-ID:** SAS9642-738863596-143

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-11-27

**Giltig till:** 2027-11-27