Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Ilona Yevno, (iloye1), Specialistläkare
Granskad av: Ilona Yevno, (iloye1), Specialistläkare
Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Giltig från: 2026-11-27
Giltig till: 2028-11-27

Syrgasbehandling i hemmet - Tekniska fel

Om din koncentrator larmar

Börja med att kontrollera följande:

- Att det finns ström. Om strömmen har gått, slå av koncentratorn och avvakta tills strömmen återkommer. Du klarar dig utan din syrgas i fler timmar. Om du börjar må dåligt och inte har syrgasflaskor - ring 112!
- Att slangen är fri och inte har hamnat i kläm under t.ex. en dörr eller möbel.
- Att kontakten på baksidan av koncentratorn samt kontakten i väggen är korrekt anslutna.

Om det tekniska felet/larmet kvarstår kontakta:

Teknisk ansvarig:
Hjälpmedelscentralen (HMC)
Bussgatan 4, Viared
504 64 Borås
Telefontid måndag – fredag kl: 8:00-12:00 samt 13:00-16:30
Telefon: 010-473 80 80

Akuta problem under kvällar, nätter eller helger

Vid akuta problem av teknisk karaktär utanför kontorstid (kvällar, nätter eller helger)

Kontakta medicinavdelningen, SÄS Borås, telefon 033-616 22 64.

Tjänstgörande sjuksköterska skickar en fungerande koncentrator hem till dig med budbil från PostNord.

Du får själv installera koncentratorn och ställa in rätt syrgasmängd.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Om du inte själv kan, eller har möjlighet att få hjälp, att installera en ny koncentrator och ställa in det rätt ordinerade syrgasflödet, får du söka akut till SÄS Borås.

Kontakta syrgassköterskan på lungmottagningen, SÄS Borås, följande vardag för hämtning av den syrgaskoncentrator som inte fungerar.

1177 – tryggt om din hälsa och vård

På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Ilona Yevno, (iloye1), Specialistläkare

Granskad av: Ilona Yevno, (iloye1), Specialistläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-407

Version: 4.0

Giltig från: 2026-11-27

Giltig till: 2028-11-27