Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Ilona Yevno, (iloye1), Specialistläkare
Granskad av: Ilona Yevno, (iloye1), Specialistläkare
Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Giltig från: 2026-11-27
Giltig till: 2028-11-27

Information till vuxna med syrgaskoncentrator i hemmet

Att tänka på

- Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du använder koncentratorn.
- Ingen öppen eld eller rökning får förekomma i ett rum där syrgasbehandling pågår.
- Syrgasmolekylerna fäster lätt vid textilier och hår vilket gör dessa mer lättantändliga. Lägg aldrig grimman/masken på textilier då utrustningen är i bruk. För att få bort syrgas – borsta ur kläder och hår. Skaka och vädra sängkläder.
- Om utrustningen skadas eller går sönder kan du som låntagare bli ersättningsskyldig. Hör gärna med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Syrgaskoncentrator

Placering

- Placeras endast i torra miljöer (aldrig i badrum).
- Luftigt (minst en decimeter från väggen), inte instängd i trångt utrymme (alstrar värme) och får inte vara övertäckt.
- Ställ koncentratorn med framsidan åt väggen för att undvika att ofrivilligt komma åt knapparna.
- Vid transport av koncentratorn ska den förankras stadigt stående, inte liggande. Det går bra att fästa den stående i ett säte med säkerhetsbälte (blå koncentrator kan ligga ner vid transport).

Rengöring

- Dammtorka koncentratorn regelbundet eventuellt med hårt urvriden trasa.
- Rengör filtret 1–2 gånger/vecka. Tvätta med ljummet vatten och eventuellt lite diskmedel. Sköljs i kallt vatten och lufttorkas därefter. Växla mellan de två filter du fått med för att minska risken för att det finns fukt kvar i filtret efter rengöringen.

Handhavande

- Slangen till koncentratorn är 15 meter lång. Det finns även en kortare slang som är 7,5 meter lång.
- En lågflödeskoncentrator larmar inte om det blir stopp i slangen; se till att slangen alltid ligger fritt.
- Att ha en koncentrator i hemmet innebär en ökad elförbrukning som du står för.
- Service av koncentratorn utförs av hjälpmedelscentralen (HMC) regelbundet eller vid behov. De kontaktar dig/er och avtalar tid när det blir aktuellt.

Om koncentratorn larmar kontrollera följande:

- Att det finns ström.
- Att slangen är fri och inte har hamnat i kläm under till exempel en dörr eller möbel.
- Att kontakten på baksidan av koncentratorn samt kontakten i väggen är korrekt anslutna.

Om koncentratorn inte fungerar tillfredsställande, kontakta hjälpmedelscentralen (HMC) eller avdelning/mottagning, se kontaktuppgifter nedan.

Om en ny koncentrator skickas till hemmet får du själv installera koncentratorn och ställa in rätt syrgasflöde. Se separat patientinformation ”Tekniska Fel”.

Återlämning

- Efter avslutad behandling ska koncentratorn, så snart som möjlig, lämnad tillbaka till behandlande avdelning eller närmaste hjälpmedelscentral, se kontaktuppgifter nedan.
- Du ansvarar för att koncentratorn återlämnas.

Grimmor/mask

- Rengör grimmans ”piggar” eller masken dagligen med vatten och torka sedan av.
- Byt grimman/masken med 2–4 veckors mellanrum eller vid behov.
- Nya grimmor/mask kan fås från lungmottagningen eller förskrivande avdelning, se kontaktuppgifter nedan.

- Tänk på att hålla god näs- och munhygien, se patientinformation ”Näsvård vid syrgasbehandling”.

Ordinerad syrgasbehandling

Ordinerat flöde

.....

Ordinerad behandlingstid/dygn

.....

Övrigt

.....

.....

Kontaktuppgifter

Lungmottagningen

Telefon: 033 - 616 32 29 (vardagar 0700-16.00), syrgassjuksköterska. Lämna meddelande om ingen svarar.

Telefon: 033 - 616 15 08 (telefontid 09:00 - 10:00)

Medicinavdelningen

Telefon: 033 - 616 22 64 (dygnet runt)

Hjälpmedelscentral (HMC)

Telefon: 010 - 473 80 80, val 1 (vardagar kl 08:00 - 16:30)

1177 – tryggt om din hälsa och vård

På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Ilona Yevno, (iloye1), Specialistläkare

Granskad av: Ilona Yevno, (iloye1), Specialistläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-410

Version: 7.0

Giltig från: 2026-11-27

Giltig till: 2028-11-27