Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Susanne Roos, (susro4), Hygiensjuksköterska
Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Giltig från: 2026-10-20
Giltig till: 2028-10-16

Spoldesinfektor – Checklista för dagligt underhåll

Bilaga till riktlinje ”Disk- och spoldesinfektorer – Loggbok”

Spoldesinfektorns serienummer .....

Avdelning .....

Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag

Dagligt underhåll omfattar kontroll av…

- att roterande dysa går att snurra på
- att dysorna och spjutens spolhål är rena och ej igensatta
- att rimlig mängd diskmedel gått åt (sätt streck på burken)
- att avloppet är fritt.

Rengöringskontroll – Kontrollera att godset är rent efter varje körning.

(Checklistan sorteras in under flik 4 i loggbok för spoldesinfektor)

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Susanne Roos, (susro4), Hygiensjuksköterska

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-442

Version: 8.0

Giltig från: 2026-10-20

Giltig till: 2028-10-16