OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Susanne Roos, (susro4), Hygiensjuksköterska
Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare
Giltig från: 2026-10-20
Giltig till: 2028-10-16

Disk- och spoldesinfektorer - Loggbok

Sammanfattning

Inom sjukvård används disk- och spoldesinfektorer för rengöring och värmedesinfektion av sjukvårdsmaterial. För att säkerställa apparaturens funktion ska underhåll och funktionskontroller utföras och dokumenteras. I riktlinjen tydliggörs ansvarsfördelningen gällande dokumentation i desinfektionsapparaturens loggbok.

Förändringar sedan föregående version

Uppdaterad referens av standard SS-EN ISO 15883.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Förändringar sedan föregående version 1
Bakgrund 2
Syfte 2
Förutsättningar 2
Ansvar 2
Vårdgivarens (SÄS) ansvar 2
Verksamhetschefens ansvar 2
Vårdenhetschefens ansvar 2
Personalens ansvar 3
Vårdhygiens ansvar 3
Servicegivarens ansvar 3
Genomförande 3
Dokumentinformation 4
Referensförteckning 4

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Bilagor

Diskdesinfektor - Checklista för dagligt underhåll
Spoldesinfektor - Checklista för dagligt underhåll
Blankett, Disk-/spoldesinfektor - Felanmälan

Bakgrund

Maskinell rengöring och desinfektion bör vara förstahandsvalet för rengöring av sjukvårdsmaterial enligt rekommendationer beskrivna i den tekniska rapporten SIS-TR 46:2014. Inom svensk sjukvård används spol- och diskdesinfektorer för detta ändamål. För att säkerställa apparaturens funktion ska underhåll och funktionskontroller utföras och dokumenteras enligt standard SS-EN ISO 15883. Personal som handhar och kontrollerar apparaturen ska ha adekvat utbildning för att kunna genomföra uppgiften.

Syfte

Att tydliggöra ansvarsfördelningen för loggboksdokumentation för disk- och spoldesinfektorer.

Förutsättningar

Ansvar

Vårdgivarens (SÄS) ansvar

- Att skapa förutsättningar för en kvalitetssäkrad instrumenthantering.
- Att utrustningen underhålls regelbundet.

Verksamhetschefens ansvar

- Att desinfektionsapparaturen blir funktionskontrollerad regelbundet.
- Att personal blir utbildad i handhavandet av apparaturen. Särskilt viktig är utbildning och information om nyanskaffad utrustning.
- Att kontinuerligt tillse att berörd personal har den kompetens som krävs.

Vårdenhetschefens ansvar

- Att den personal som handhar disk- eller spoldesinfektorer har genomgått såväl teoretisk som praktisk utbildning.
- Att det finns en loggbok till varje disk- och spoldesinfektor.

Personalens ansvar

- Att dagligen utföra och dokumentera nödvändiga kontroller enligt loggboken.

Vårdhygiens ansvar

- Att tillhandahålla material till loggbok.

Servicegivarens ansvar

- Att dokumentera underhåll, kontroller och eventuella reparationer i loggboken.
- Att följa aktuella serviceavtal.

Genomförande

Loggbok ska finnas till varje disk- och spoldesinfektor. Enligt standarden SS EN ISO 15883 finns krav på att dokumentera följande:

- Valideringsdokumentation till diskdesinfektorer, utfärdad av leverantör.
- Installationsdokument till spoldesinfektorer.
- Instruktionsbok/bruksanvisning.
- Årligt förebyggande underhåll (FU) och upprepad processkontroll (UPQ) av diskdesinfektor av godkänd tekniker.
- Årligt förebyggande underhåll (FU) av spoldesinfektor av godkänd tekniker.
- Checklista för dagligt underhåll.
- Felanmälningar och reparationer.
- Namn och telefonnummer till ansvariga för underhåll.

Dokumentinformation

För innehållet svarar
Susanne Roos, hygiensjuksköterska, vårdhygien, SÄS

Remissinstanser
Magnus Edman, tekniker, Västfastigheter

Fastställt av
Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Nyckelord
instrumenthantering, loggbok, diskdesinfektorer, spoldesinfektorer, autoklav, autoklavering

Referensförteckning

1. SIS TR 46:2014, Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering - Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg.
2. SS-EN ISO 15883-serien. Disk- och spoldesinfektorer, relevanta delar i aktuell utgåva. Svenska institutet för standarder (SIS)
3. Desinfektionsapparatur. Vårdhandboken.se www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/desinfektion-och-sterilisering/desinfektionsapparatur/oversikt/
4. SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen). Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion - Spol- och diskdesinfektorer. Svensk Förening för Vårdhygien; 2024. https://sfvh.se/Utbildning-disk-spoldesinfektorer

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Susanne Roos, (susro4), Hygiensjuksköterska

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-75

Version: 9.0

Giltig från: 2026-10-20

Giltig till: 2028-10-16