

Instruktion Antikoagulation vid dialys

Förändringar sedan föregående version

Ersätter rutin ” 4.04.5 Instruktion Antikoagulation vid dialys” i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

1. I normalfall ges lågmolekylärt heparin som bolusdos intravenöst, på vensidan, vid dialysstart.
2. Vid trombotisering i filtret under pågående dialys eller orent filter vid dialysavslut kan läkaren ordinera ökad dos lågmolekylärt heparin eller ordinera två doser, där en extra mellandos ges under pågående behandling. Alternativt se Instruktion: Behörighet för sjuksköterska att styra intravenös antikoagulantidos.
3. Vid lång hemostastid (>15 min) sänks dosen enligt läkarordination, alternativt se Instruktion: Behörighet för sjuksköterska att styra intravenös antikoagulantidos.
4. Vid speciella tillstånd med ökad blödningsbenägenhet ex postoperativt eller efter trauma ges antikoagulationsfri dialys. Detta genomförs vanligtvis som en lågvolyms-HDF (25ml/min), alternativt genom att tillsätta NaCl 9 mg/ml, 1000ml/h.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Ulrika Torstensson, (ulrto1),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18),
Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-102

Version: 1.0

Giltig från: 2025-08-08

Giltig till: 2027-08-06