

Instruktion för instillation av TauroLock U25000 i CDK vid accessproblem

Förändringar sedan föregående version

Ersätter rutin ” 4.05.4 Instruktion för instillation av TauroLock U25000 i CDK vid accessproblem” i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

CDK problem vid dialysstart:

Vid stopp i skänklarna på CDK före dialysstart där det inte är möjligt att aspirera ut antikoagulantialåset, kontakta dialysläkare, som beslutar om detta får sprutas in i blodbanan.

Om det är trögt att aspirera, spola med extra NaCl och prova att koppla tvärtom.

Vid stora problem med flöden i CDK;n som leder till låg dialyseffektivitet kan man prova att lägga **TauroLock U25000**.

Preparatet innehåller Taurolidin som är antibakteriellt samt Urokinas som är antitrombotiskt och innehåller även en låg dos citrat 4%.

TauroLock U25000 ska aldrig spädas med någon annan spädningsvätska än **TauroLock**, eftersom andra vätskor försämrar den antibakteriella effekten. CDK-skänklarna ska fyllas med exakt den

mängd som anges på skänklarna. **OBS! Preparatet har mycket kort halveringstid och ska blandas ”bedside”.**

Man kan använda preparatet som en engångsdos, som en kur, då man lägger preparatet efter tre på varandra följande dialyser, eller i undantagsfall som ordinarie kateterlås. Om flödena är bra efter en behandling kan man återgå till ordinarie kateterlås.

TauroLock U25000 ska alltid ordineras av läkare före användning.

Tillvägagångsätt:

Se Gemensamt Kvalitetssystem, dokument 4.05.02 Instruktion för start/avslut av dialysbehandling via CDK, för handhavande av CDK.

TauroLock U25000 kommer i förpackning om 5st ampuller:

TauroLock 5ml och 5st injektionsflaskor med torrs substans

U25000. Blandas enligt bruksanvisning som följer med förpackningen, och instilleras långsamt (inte mer än 1ml/sekund) i patientens CDK enligt skänkelvolym, se ordination i Melior.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Ulrika Torstensson, (ulrto1),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18),
Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-111

Version: 1.0

Giltig från: 2025-08-08

Giltig till: 2027-08-06