

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Ingela Cruce, (ingku), Sektionsledare

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-18

Giltig till: 2027-03-18

Allmänt - Skene Rumfunktioner

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Ersätter rutin ”2.1.1” Skene Rumfunktioner i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

GMP-Skene Rumfunktioner.

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

Patientutrymmen

Dialysmottagningen består av två trebäddsrum och två tvåbäddsrum och ett fyrbäddsrum, totalt 14 patientplatser. Trebäddsrummen ligger bredvid ”bryggan” som är den samordnande platsen på mottagningen.

Patienttoalett: Rum 1, 2, 5 och i korridoren.

Kök med separat kyl/frys för personal/patient, skafferiskåp, diskmaskin, mikrovågsugn samt spis.

Förråd 1: Miljörum

Förråd 2: Allmänt förråd

Förråd 3: Högrent förråd

Förråd 4: Patienttextilier

Sjuksköterskeexpedition.

Läkarexpedition.

Sektionsledare expedition

Desinfektion/Sköljrum.

Beredningsrum

Rum för hem-HD

Vattenrum med vattenreningsanläggning. Låst när obemannat.

Koncentratrum. Låst när obemannat

Teknikerrum. Låst när obemannat

Personalrum

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Ingela Cruce, (ingku), Sektionsledare

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-31

Version: 2.0

Giltig från: 2025-03-18

Giltig till: 2027-03-18