

Gäller för: Medicinklinik

Giltig från: 2026-02-17

Innehållsansvar: Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

Giltig till: 2028-02-17

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Allmänt - Temperaturkontroll av Koncentrat förråd

Förändringar sedan föregående version

Tillägg.

Information att återställa termometrar

Sammanfattning

GMP-Temperaturkontroll av Koncentrat förråd.

Utskriven kopia finns i rutinpärm och i koncentratrum.

Utförande

Temperaturkontroll av Koncentratförråd: 1 gång/veckan År:

Efter avläsning återställ Max och Min temperatur med resetknappen.

Temperatur ska ligga inom +5 - +30. Vid avvikande temperatur kontakta Västfastigheter och skriv avvikelse i MedControl.

Vecka	Temp	Min	Max	Sign
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Vecka	Temp	Min	Max	Sign
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Vecka	Temp	Min	Max	Sign
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				

Vecka	Temp	Min	Max	Sign
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-33

Version: 3.0

Giltig från: 2026-02-17

Giltig till: 2028-02-17