

Gäller för: Medicinklinik

Giltig från: 2026-06-18

Innehållsansvar: Lina Nyman, (linny4), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2028-06-18

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Extra uppgifter - Borås

Instruktion extra arbetsuppgifter på avdelningen

Förändringar sedan föregående version

Uppdaterat vilka extrauppgifter vi gör under veckan. Även lagt till de extrauppgifter som utförs på söndagar.

Sammanfattning

GMP-Borås Instruktion extra arbetsuppgifter på avdelningen. Utskriven kopia finns i rutinpärm samt i rum 2 och 6.

Utförande

Grupp 1: Rum 1 + 2

Dagligen

Ta hand om personal- och patient-kök.

Torka av dialysmaskin med ytdesinfektion efter varje patient.

Måndag

Första måndagen i månaden skall pumpen till klorhexidinflaskorna bytas.

Tisdag

Kontroll av HemoCue p-glukosapparat, enligt leverantörens anvisningar.

Byt påse till fjärrkontrollerna.

Torka av hyllorna i läkemedelsrummet med ytdesinfektion.

Sprita patientlådorna jämna veckor.

Onsdag

Undersköterska beställer varor från marknadsplatsen och tvätteriet.

Fredag

Torkning av förrådsskåpen/lådor i patientrummen med ytdesinfektion.

Lördag (gemensamt ansvar med grupp 2, bocka av på whiteboard)

Sprita packvagnarna med ytdesinfektion.

Kör peanglådorna i diskdesinfektorn.

Avkalka kaffekokare och vattenkokaren första lördagen varje månad.

Rengör kaffetermosen i personalrummet.

Städa bryggan med ytdesinfektion.

Töm vattenbehållaren i kylskåpet i beredningsrummet.

Kör diskmaskinen i personalrummet på A-program

Sprita brickvagnarna.

P-glukos apparat rengörs.

Stämpla upp veckoprover samt skriv ut vecko- och månadsprover från Melior.

Kontroll av akutvagn.

Räkna KT/v

Söndag

Rengöring av dialyspelarnas avlopp med allrengöringsmedel och diskborste.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Rengör CDS kopplingarna med RO-vatten i sprayflaska. Signera på signeringslista.

Test av syrgas och suguttag på varje dialyspelare.

Kör desinfektionsprogram på maskiner i teknikerrum samt maskiner som inte används inne på sal.

Grupp 2: Rum 3 + 4 + 5 + 6

Dagligen

Ta hand om sköljen, bänkar och hyllor avtorkas med ytdesinfektion.

Disk och spolo kontrolleras.

Torka av dialysmaskin med ytdesinfektion efter varje patient.

Måndag

Första måndagen i månaden skall pumpen till klorhexidinflaskorna bytas.

Tisdag

Kontroll av HemoCue p-glukosapparat, enligt leverantörens anvisningar.

Byte av påse till fjärrkontrollerna.

Sprita patientlådorna jämna veckor.

Onsdag

Undersköterska beställer från marknadsplatsen och tvätteriet.

Fredag

Torkning av förrådsskåpen/lådor i patientrummen med ytdesinfektion.

Lördag (gemensamt ansvar med grupp 1, bocka av på whiteboard)

Sprita packvagnarna med ytdesinfektion.

Kör peanglådorna i diskdesinfektorn.

Torka ur kylskåp och mikro i båda köken med vatten och diskmedel.

Avkalka kaffekokare och vattenkokaren första lördagen varje månad.

Rengör kaffetermosen i personalrummet.

Städa bryggan med ytdesinfektion.

Töm vattenbehållaren i kylskåpet i beredningsrummet.

Kör diskmaskinen i personalrummet på A-program

Sprita brickvagnarna.

P-glukos apparat rengörs.

Stämpla upp veckoprover samt skriv ut vecko- och månadsprover från Melior.

Kontroll av akutvagn.

Räkna KT/v

Söndag

Rengöring av dialyspelarnas avlopp med allrengöringsmedel och diskborste.

Rengör CDS kopplingarna med dialysvatten i sprayflaska. Signera på signeringslista.

Test av syrgas och suguttag på varje dialyspelare.

Kör desinfektionsprogram på maskiner i teknikerrum samt maskiner som inte används på sal.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Lina Nyman, (linny4), Specialsjuksköterska

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare, Jenny Andersson, (jenol4), Hygiensjuksköterska

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-38

Version: 3.0

Giltig från: 2026-06-18

Giltig till: 2028-06-18