

# Extra uppgifter - Borås

## Instruktion extra arbetsuppgifter på avdelningen

### Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Ersätter rutin ”2.2.1” Borås Instruktion extra arbetsuppgifter på avdelningen i tidigare kvalitetssystem.

### Sammanfattning

GMP-Borås Instruktion extra arbetsuppgifter på avdelningen.

Utskriven kopia finns i rutinpärm samt i rum 2 och 6.

### Utförande

#### **Grupp 1: Rum 1 + 2**

##### **Dagligen**

Tar hand om personal- och patient-kök.

Efter varje patient avtorkas säng, sängbord, dialysbord och dialysmaskin med ytdesinfektion.

Byt sängkläder efter varje patient.

Kontroll av HemoCue p-glukosapparat, enligt leverantörens anvisningar.

##### **Måndag**

Kontroll av akutvagnen ojämn vecka.

Första måndagen i månaden skall pumpen till klorhexidinflaskorna bytas.

## **Tisdag**

Byte av påse till fjärrkontrollerna.

Torka av hyllorna i läkemedelsrummet med ytdesinfektion.

Sängar och sängbord storstädas med ytdesinfektion.

Sprita patientlådorna jämna veckor.

## **Onsdag**

Undersköterska beställer varor från marknadsplatsen och tvätteriet.

## **Torsdag**

Torka av skärmar/vikväggar med ytdesinfektion första veckan i månaden.

Rengöring av dialyspelarnas avlopp med allrengöringsmedel och diskborste.

Rengör CDS kopplingarna med dialysvatten i sprayflaska. Signera på signeringslista.

Test av syrgas och suguttag på varje dialyspelare.

## **Fredag**

Beställ mellanmål för nästkommande vecka.

Torkning av förrådsskåpen/lådor i patientrummen med ytdesinfektion.

Stämpla upp veckoprover samt skriv ut vecko- och månadsprover från Melior.

## **Lördag (gemensamt ansvar med grupp 2, bocka av på whiteboard)**

Sprita packvagnarna med ytdesinfektion.

Kör peanglådorna i diskdesinfektorn.

Torka ur kylskåp och mikro i båda köken med vatten och diskmedel.

Avkalka kaffekokare och tebryggaren första lördagen varje månad.

Rengör kaffetermosen i personalrummet.

Städa bryggan med ytdesinfektion.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Städa patientomklädningsskåpen andra lördagen i varje månad med ytdesinfektion.

Sprita av nyckelring med ytdesinfektion.

Töm vattenbehållaren i kylskåpet i beredningsrummet.

Kör diskmaskinen i personalrummet på A-program

Sprita brickvagnarna.

P-glukos apparat rengörs.

## **Grupp 2: Rum 3 + 4 + 5 + 6**

### **Dagligen**

Tar hand om sköljen, bänkar och hyllor avtorkas med ytdesinfektion. Golven våtmoppas. Disk och spolo kontrolleras.

Efter varje patient avtorkas säng, sängbord, dialysbord och dialysmaskin med ytdesinfektion. Byt sängkläder efter varje patient.

Kontroll av HemoCue p-glukosapparat, enligt leverantörens anvisningar.

### **Måndag**

Kontroll av akutvagnen jämn vecka.

Första måndagen i månaden skall pumpen till klorhexidinflaskorna bytas.

### **Tisdag**

Sängar och sängbord storstädas med ytdesinfektion.

Byte av påse till fjärrkontrollerna.

Sprita patientlådorna jämna veckor.

### **Onsdag**

Undersköterska beställer från marknadsplatsen och tvätteriet.

### **Torsdag**

Torka av skärmar/vikväggar med ytdesinfektion första veckan i månaden.

Rengöring av dialyspelarnas avlopp med allrengöringsmedel och diskborste.

Rengör CDS kopplingarna med dialysvatten i sprayflaska. Signera på signeringslista.

Test av syrgas och suguttag på varje dialyspelare.

### **Fredag**

Beställ mellanmål till kommande vecka.

Torkning av förrådsskåpen/lådor i patientrummen med ytdesinfektion.

Stämpla upp veckoprover samt skriv ut vecko- och månadsprover från Melior.

### **Lördag (gemensamt ansvar med grupp 1, bocka av på whiteboard)**

Spola avloppet på rum 3. Först 2 min varmt och därefter 2 min kallt vatten

Öppna kranen och gå ut och stäng dörren under tiden.

Sprita packvagnarna med ytdesinfektion.

Kör peanglådorna i diskdesinfektorn.

Torka ur kylskåp och mikro i båda köken med vatten och diskmedel.

Avkalka kaffekokare och tebryggaren första lördagen varje månad.

Rengör kaffetermosen i personalrummet.

Städa bryggan med ytdesinfektion.

Städa patientomklädningsskåpen andra lördagen i varje månad med ytdesinfektion.

Sprita av nyckelring med ytdesinfektion.

Töm vattenbehållaren i kylskåpet i beredningsrummet.

Kör diskmaskinen i personalrummet på A-program

Sprita brickvagnarna.

P-glukosapparat rengörs

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Medicinklinik

**Innehållsansvar:** Lina Nyman, (linny4), Specialsjuksköterska

**Granskad av:** Anna Bäck, (annba60), Apotekare

**Godkänd av:** Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9660-1081940308-38

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-03-19

**Giltig till:** 2027-03-19