

Gäller för: Medicinklinik

Giltig från: 2025-03-30

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk ingenjör

Giltig till: 2027-03-26

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Borås Mån FU WRO

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Ersätter rutin ”3.5.22 Borås Mån FU WRO” i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

GMP - Borås Mån FU WRO.

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

Funktion och Värden	Datum Sign	Datum Sign	Datum Sign	Datum Sign
1) Besiktning, byte och kontroll:	A ()	A ()	A ()	A ()
a) Slangar	B ()	B ()	B ()	B ()
b) Rör för avloppskrokar finns med.	C ()	C ()	C ()	C ()
c) Byt kolfilter, om den skall användas.	D ()	D ()	D ()	D ()
d) Varm citronsyradesinfektion.	E ()	E ()	E ()	E ()
e) Kontrollera värmedesinfektion				

2) Condvisning kontroll mot referensinstrument				
3) Saltrektion: med inloppsvatten XX%				
4) Microbiologist prov: CFU/ml < 100/ml Endotoxin April och oktober: <0,25 EU/ml				
5) Mögel: < 10/m				
Funktion och värden	Datum Sign	Datum Sign	Datum Sign	Datum Sign
1) Besiktning, byte och kontroll: a) Slangar b) Rör för avloppskrokar finns med. c) Byt kolfilter, om den skall användas. d) Varm citronsyradesinfektion. e) Kontrollera värmedesinfektion	A () B () C () D () E ()	A () B () C () D () E ()	A () B () C () D () E ()	A () B () C () D () E ()
2) Condvisning kontroll mot referensinstrument				
3) Saltrektion: med inloppsvatten XX%				

4) Microbiologist prov: CFU/ml < 100/ml Endotoxin April och oktober: <0,25 EU/ml				
5) Mögel: < 10/ml				

Anmärkningar

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk
ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-58

Version: 1.0

Giltig från: 2025-03-30

Giltig till: 2027-03-26