OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Rutin

Gäller för: Medicinklinik
Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk ingenjör
Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare
Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-24
Giltig till: 2028-08-24

Borås FU-Vattenanläggningar

Förändringar sedan föregående version

Lagt till kontrollera temperatur på returen.

Sammanfattning

GMP- Borås FU-CWP.

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Funktion och åtgärd	**Utfört**	**Utfört**	**Utfört**	**Utfört**	**Utfört**	**Utfört**
Datum och signatur						
Koll vätskor för automatisk hårdhetskontroll						
Koll vätskor för automatisk klorkontroll						
Okulärbesiktning RO1: Läckage, skador, mm.						
Okulärbesiktning RO2: Läckage, skador, mm.						
Klortest före filter kran A1 Normalt =0,10 - 0,20 mg/l.						
Klortest efter filter kran A4 Normalt = 0,00 - 0,06mg/l						
Ingångsvattenkonduktivitet kran A1 (Referensinstrument), µS/cm						
Renvattenkonduktivitet RO1 (Ref.instrument tappställe 25), µS/cm						
Renvattenkonduktivitet RO2 (Ref.instrument tappställe 25), µS/cm						
Logging backup. Kontrollera temperatur på returen.						

Funktion och åtgärd	**Utfört**	**Utfört**	**Utfört**	**Utfört**	**Utfört**	**Utfört**
Datum och signatur						
Koll vätskor för automatisk hårdhetskontroll						
Koll vätskor för automatisk klorkontroll						
Okulärbesiktning RO1: Läckage, skador, mm.						
Okulärbesiktning RO2: Läckage, skador, mm.						
Klortest före filter kran A1 Normalt =0,10 - 0,20 mg/l.						
Klortest efter filter kran A4 Normalt = 0,00 - 0,06mg/l						
Ingångsvattenkonduktivitet kran A1 (Referensinstrument), µS/cm						
Renvattenkonduktivitet RO1 (Ref.instrument tappställe 25), µS/cm						
Renvattenkonduktivitet RO2 (Ref.instrument tappställe 25), µS/cm						
Logging backup. Kontrollera temperatur på returen.						

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-74

Version: 3.0

Giltig från: 2026-08-24

Giltig till: 2028-08-24