OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Medicinklinik
Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk ingenjör
Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare
Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-19
Giltig till: 2028-08-19

Loggblad

Förändringar sedan föregående version

Bytt till Integrerad värmerengöring.

Bytt till. Het desinfektion

Sammanfattning

GMP- Loggblad.

Utskriven kopia finns i rutinpärm samt på varje dialysmaskin.

Utförande

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

NAMN:

År: Datum:	Integrerad värmerengöring Dag	Sign	Konduktivitet 13.9 ± 0,3 Läs av med grundinställning Efter T1 test före patientkort Sign	Sign	Het desinfektion Sign	Sign	Utvändig desinfektion Sign	Sign	Felkoder, anmärkningar och provtagningar.

NAMN:

År: Datum:	Integrerad värmerengöring Dag	Sign	Konduktivitet 13.9 ± 0,3 Läs av med grundinställning Efter T1 test före patientkort Sign	Sign	Het desinfektion Sign	Sign	Utvändig desinfektion Sign	Sign	Felkoder, anmärkningar och provtagningar.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-76

Version: 4.0

Giltig från: 2026-08-19

Giltig till: 2028-08-19