

# Ansvarsbeskrivning för hemHDpatienter

## Förändringar sedan föregående version

Ersätter rutin ” 4.01.09 Instruktion Ansvarsbeskrivning för hemHDpatienter” i tidigare kvalitetssystem.

## Sammanfattning

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

## Utförande

### Ansvarsbeskrivning för hemHDpatienter

Patienten ansvarar för att:

- Iordningställa dialysmaskin för behandling. Starta och avsluta dialysbehandling och åtgärda eventuella larm.
- Kontrollera dialyskoncentratet före dialysbehandlingen enligt följande:
- Utgångsdatum ej passerat, inget läckage från förpackningen samt att färg och genomsynligheten ej avviker från det normala
- Sticka sig själv i sin AV-fistel/graft samt avlägsna nålar alternativt förbereda central dialyskateter enligt rutin. Skötsel av dialyskateter efter dialys samt omläggning av instickställe.
- Tillåta personal att besöka hemmet för rutinkontroller och provtagning.
- Utföra behandling på dialysmottagning vid tekniska problem på hemdialysmaskinen

- Justeringar, ändringar eller reparationer på maskinen får endast utföras av maskinleverantören
- Följa givna dialysordinationer
- Ultrafiltrera max ..... ml vätska per timme
- Dokumentera vid varje dialystillfälle enligt rutin
- Maskinen alltid desinfekteras/ torkas av enligt rutin
  1. Komma till dialysmottagningen för kontroller, blodprovstagning och läkare/sjuksköterskebesök enligt överenskommelse
- Telefon finns tillgänglig under behandling
- Dialysrum samt förvaringsutrymme för material hålls rent
- Rapportera till sjuksköterska eventuella incidenter/avvikelser
- 

Om patienten av någon anledning inte längre förmår att sköta sin behandling självständigt omprövas beslutet om självdialys av ansvarig dialyssjuksköterska och läkare

Datum.....

Underskrift.....

Namnförtydligande.....

Patient

Underskrift.....

Underskrift.....

Namnförtydligande.....

Namnförtydligande.....

Läkare

Sjuksköterska

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Medicinklinik

**Innehållsansvar:** Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18),  
Överläkare

**Godkänd av:** Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9660-1081940308-92

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2026-06-17

**Giltig till:** 2028-06-17