

Ansvarsbeskrivning Hem självdialys

Förändringar sedan föregående version

Ersätter rutin ”4.01.10 Ansvarsbeskrivning Hem självdialys” i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

Utskriven rutin finns i rutinpärm.

Utförande

Ansvarsbeskrivning för hemhemodialyspatienter

Avser dialyssystem: NxStage system One och NxStage PureFlow SL

Patienten ansvarar för att:

- Iordningställa dialysmaskin/SAK för behandling. Starta och avsluta dialysbehandlingen och åtgärda eventuella larm enligt instruktionsbok för NxStage system One och NxStage PureFlow SL
- Kontrollera dialyskoncentratet före dialysbehandlingen enligt följande:
- Utgångsdatum ej passerat, inget läckage från förpackningen samt att färg och genomsynligheten ej avviker från det normala
- Byta PAK enligt användarhandbok PureFlow SL var 12:e vecka eller när maskinen säger till
- Sticka sig själv i sin AV-fistel/graft alternativt förbereda central dialyskateter enligt rutin

- Bereda tillfälle för personal att i hemmet byta sedimentfilter en gång per år
- Utföra behandling på dialysmottagning vid tekniska problem på maskinen
- Justeringar, ändringar eller reparationer på NxStage system One/vattenrening PureFlow SL endast utförs av tillverkaren eller av personer som auktoriserats av tillverkaren
- Följa givna dialysordinationer
- Ultrafiltrera max ml vätska per timme
- Dokumentera vid varje dialystillfälle enligt rutin
- Maskinen alltid desinfekteras/ torkas av enligt rutin
- Kommer till dialysmottagningen för kontroller och blodprovstagning enligt överenskommelse
- Vattenprover tas enligt rutin
- Telefon finns tillgänglig under behandling
- Dialysrum samt förvaringsutrymme för material hålls rent
- Rapportera till sjuksköterska ev. incidenter/avvikelser

Om patienten av någon anledning inte längre förmår att sköta sin behandling självständigt omprövas beslutet om självdialys av ansvarig dialyssjuksköterska och läkare

Datum.....

Underskrift.....

Namnförtydligande.....

Patient

Underskrift.....

Underskrift.....

Namnförtydligande.....

Namnförtydligande.....

Läkare

Sjuksköterska

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Ulrika Torstensson, (ulrto1),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18),
Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-93

Version: 1.0

Giltig från: 2025-07-07

Giltig till: 2027-07-07