

Gäller för: Medicinklinik

Giltig från: 2025-07-07

Innehållsansvar: Ulrika Torstensson, (ulrto1), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-07-07

Granskad av: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18), Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

HHD checklista för patientutbildning

Förändringar sedan föregående version

Ersätter rutin ” 4.01.13 HHD checklista för patientutbildning” i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

Den friska och sjuka njuren	1	2	3	4
Njurens funktion				
Uremisymtom				
Hur fungerar hemodialys?				
Diffusion				
Dialysfilter				
Behandlingsmängd/mängd dialyskoncentrat				
Ultrafiltration				

1 = Första informationen/sign. ssk, 2 = Behöver mer/ sign. ssk, 3 =

Förstått/ sign. ssk, 4 = Förstått/ sign. pat

Accesskunskap	1	2	3	4
CDK hantering				
Accesskötsel- infektionstecken				
Förändring accessfunktion				
Dialysvätska				
Sammansättning				
Dialysbehandling				
Hygien/Aseptik				
Förberedelse av dialysmaskin				
Blodets väg				
Dialysvätskans väg				
Uppdukning inför dialys				
Antikoagulation				
Inställning av dialysparametrar				
Start av dialys				
Checklista				
Dialysprotokoll				
Dialysavslutning				
Förberedelse avslutning				
Rengöring av maskin				

1 = Första informationen/sign. ssk, 2 = Behöver mer/ sign. ssk, 3 = Förstått/ sign. ssk, 4 = Förstått/ sign. pat

Handhavande av larm	1	2	3	4
Artär				
Ven				
Otillräckligt med vatten/ dialysat				
Temperatur				
Blodläckage				
Luft/avlutning				
Strömavbrott				
Din behandling				
Blodtrycksmätning				
Torrsvikt				
Provsvar				
Mediciner				
Komplikationer				
Övervätskning				
Blodtrycksfall				
Muskelkramp				
Huvudvärk				
Avbryta/Ändra data				
Ändra UF/ändra dialysatflöde				
Stänga av UF fortsätta dialys				
Avsluta före utsatt tid				

1 = Första informationen/sign. ssk, 2 = Behöver mer/ sign. ssk, 3 = Förstått/ sign. ssk, 4 = Förstått/ sign. pat

Injektionsteknik				
Subkutan injektion				
Injektioner inför/under dialys				
Teknik				
Underhåll av dialysmaskin				
Underhåll/byte av vattenrenare				
Vattenprover/kloramintest				
Risker				
Blodläckage sker obemärkt under behandling av dålig anslutning av slangar				
Tegoproppen lossnar eller går sönder när slangar/sprutor skruvas av/på				
Möjligt att koppla fel slang vid natriumpåsen vid avslut av behandling				
Möjligt att ställa in för hög dragning av vätska				
Läckströmmar från dåligt jordad kringutrustning kan passera CDK				
Möjligt att förväxla CDK slangar vid anslutning till artär resp. ven				

1 = Första informationen/sign. ssk, 2 = Behöver mer/ sign. ssk, 3 = Förstått/ sign. ssk, 4 = Förstått/ sign. pat

	1	2	3	4
Möjligt att glömma öka blodpumpens hastighet till ordinerad nivå				
Läckage från dialysfilter eller kopplingar under behandling				
Övrigt				
Bostadsanpassning				
Leverans av dialysmaterial				
Handikappersättning				
Hembesök vid hemgång/inför bostadsanpassning				
Återbesök/Provtagning 1ggr/mån				

1 = Första informationen/sign. ssk, 2 = Behöver mer/ sign. ssk, 3 = Förstått/ sign. ssk, 4 = Förstått/ sign. pat

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Ulrika Torstensson, (ulrto1),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18),
Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-96

Version: 1.0

Giltig från: 2025-07-07

Giltig till: 2027-07-07