OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik
Innehållsansvar: Anna Brännström, (annbr), Enhetschef
Granskad av: Anna Brännström, (annbr), Enhetschef
Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-11-23
Giltig till: 2028-11-23

Arbetsmiljö, ortopedteknik - Rengöring av patientnära verktyg

Sammanfattning

När verktygs används i patientnära arbete ska de rengöras, i första hand med ytdesinfektion för att minska risken för smittspridning. Vi behov kan patientnära verktyg och utrustning högrengöras.

Förutsättningar

Vid högrengöring tas verktygen till Rehabiliteringsmedicinsk avdelning för rengöring.

Omfattar:

Alla verktyg som används i patientnära arbete. Till exempel:

- Saxar
- Gipstänger
- Pincetter.

Genomförande

Verktyg som behöver högrengöras läggs av medarbetaren i avsett kärl märkt smutsigt. Rengjorda verktyg läggs i kärl märkt rent.
Kärlen står i läst-rummet.
Varje onsdag morgon samlas verktygen in och tas till Rehabiliteringsmedicinska avdelningen för högrengöring.

- Maskinen körs på program P3, vilket tar cirka 1 timme.
- Ansvarig personal lägger tillbaka verktygen i avgjutningsrum och provrum.
- Kraftigt nedsmutsade verktyg som använts i patientnära arbete högrengös samma dag av medarbetaren som handlagt patientfallet.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Innehållsansvar: Anna Brännström, (annbr), Enhetschef

Granskad av: Anna Brännström, (annbr), Enhetschef

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9661-671614304-22

Version: 6.0

Giltig från: 2026-11-23

Giltig till: 2028-11-23