

Kontroll en gång per vecka

- Finns allt enligt innehållsförteckning? Se blått blad.
- Funktionskontroll av neopuff och rPAP.
Ställ flödet på 10 liter, tryck 20/4 maxtryck 30 cmH₂O.
- Kontrollera luft och syrgastuber, minst 60 bar.
- Kontrollera sugen.