

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33), Operationssjuksköterska
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-22

Giltig till: 2026-11-22

Hysteroskopisk värmedestruktion - perioperativ vård

Innehållsansvariga:

Erika Persson operationssjuksköterska

Johanna Edlund, anestesisjuksköterska

Nenad Vucelic, överläkare.

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping. Omhändertagande av patient som ska genomgå hysteroskopisk värmedestruktion.

Arbetsbeskrivning

Planerad total operationstid: Ca 60 – 90 minuter.

Anestesimetod: Larynxmask. Enligt preoperativ bedömning.

Monitorering: EKG, blodtrycksmätning, pulsoximetri.

Blodgruppering/Bastest: [Provtagning - preoperativ](#)

Antibiotika: Nej.

Trombosprofylax: Nej.

Lokalanestesi: Ropivacain 7,5 mg/ml eventuellt fundusblockad.

KAD/Blåstömning: [Urinblåsek kontroll perioperativt - Lidköping](#)

Patientuppläggning: Höga benstöd, operationstäcke, båda armarna på armbord.

Risk: Översträckning av ben och rygg. [Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom.](#)

Hudvård: Tvättas med Hibiscrub.

Utrustning operationssidan: Gyn laparoskopitorn, vaginalt ultraljud, NovaSure-apparat. I övrigt utrustning enligt operationskort.

Preparat: Eventuellt.

Postoperativt: Nätbyxa och binda vid behov.

Övrigt: Alltid vaginalt ultraljud för att mäta om uterus är tillräckligt stor för ingreppet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-34

Version: 11.0

Giltig från: 2026-05-22

Giltig till: 2026-11-22