

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Anders Paulsson, (andpa1), Överläkare

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-25

Giltig till: 2027-08-25

Antibiotikaproylax vid Access and Device, implantation och byte - anestesi

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Antibiotikaproylax vid implantation och byte av pacemaker/ICD, subkutan venport och tunnelerad CVK/CDK

Arbetsbeskrivning

Preoperativt ges 2 g kloxacillin intravenöst vid patientens ankomst till operationssalen.

Vid Pc-allergi ges 600 mg klindamycin intravenöst.

Vid alla pulsgeneratorbyten samt CRT-P/CRT-D operationer läggs också in lokal antibiotika i fickan i form av gentamycin i kollagenplatta (Collatamp, Septocoll).

Operatören bedömer om operationens karaktär och operationstidens längd eller patientens tillstånd motiverar ytterligare antibiotikabehandling.

Antibiotika ordinerar av operatör i Meliors läkemedelsmodul där ordinationsmall finns för kloxacillin.

Antibiotikaproylax vid annan kirurgi på patienter med pacemaker/ICD, subcutan venport och tunnelerad CVK/CDK .

Någon särskild antibiotikaproylax krävs inte utöver den ordinarie för ingreppet i sig.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Anders Paulsson, (andpa1), Överläkare

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-91

Version: 10.0

Giltig från: 2025-08-25

Giltig till: 2027-08-25