

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2025-11-05

Innehållsansvar: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig till: 2027-11-05

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

# Hybridsalar operation och kapacitetsbrist - handläggning

## Förändringar sedan föregående version

Mindre uppdateringar

## Bakgrund och syfte

Instruktion riktad till personal verksam på operation SkaS Skövde för handläggning gällande hybridsalar vid:

- medicinsk prioritering på grund av kapacitetsbrist
- akuta respektive längre utrustningsproblem
- service på röntgenutrustningen på hybridsal

## Förutsättningar

### Ansvar

I första hand är det op-ansvariga läkare anestesi, opererande specialitet och ansvarig interventionist som tillsammans gör en medicinsk bedömning av prioritet. Om oenighet uppstår gällande medicinsk prioritering av akuta, subakuta eller planerade ingrepp lämnas frågan till respektive medicinskt ledningsansvarig. Förändring av nästa dags elektiva planering hanteras i första hand av ovan ansvariga.

Akut information, till exempel om en hybridrobot tillfälligt är ur funktion och därmed tvingar fram stängning av verksamheten, ska förmedlas i linjen.

Vid akut stopp på hybridsal:

- Kontakta koordinator operation
- Koordinator kontaktar enhetschefer operation och intervention och meddelar läget
- Enhetschefer avgör vilka processchefer som behöver få informationen och meddelar dessa

Information om tidpunkt för planerad service ska snarast förmedlas i linjen till alla berörda.

## Utförande

### **Akut stopp – utrustningsproblem som gör att påbörjat ingrepp inte kan fortsätta:**

Hybridsal 7 – om möjligt, flytta patient till hybridsal 8. Om patient ej går att flytta, fortsatt ingreppet med C-båge.

Hybridsal 8 – om möjligt, flytta patient till hybridsal 7. Om patient ej går att flytta, fortsatt ingreppet med C-båge på hybridsalen.

### **Utdraget utrustningsproblem:**

Information om utdraget utrustningsproblem som kräver omplanering av ingrepp: Koordinator operation tar med sig informationen till medicinskt ansvariga. Meddela även sektionsledare/enhetschef intervention.

Boka om planerade interventioner på hybridsal 7 till hybridsal 8. Boka om planerade operationer på hybridsal 8 till annan operationssal och använd C-båge.

### **Akut kapacitetsbrist**

Om alltför många patienter måste undersökas/opereras samtidigt måste den medicinska prioriteten gå först.

- a) Ansvariga läkare anestesi, opererande specialitet och intervention gör tillsammans en medicinsk prioritering
- b) Kan man ej komma överens så lyfts frågan till i första hand processchef och därefter till verksamhetschefer

### **Planerad service på hybridsal:**

Information om planerad service/förebyggande underhåll: Enhetschef intervention kontaktar produktionsledare VO3 om tider för planerad service eller förebyggande underhåll. Informationen tas till operationsrådet via produktionsledare. Produktionsledare ansvarar för att se till att spärr registreras i Orbit.

Vid service på hybridsal 7: använd hybridsal 8 som reserv vid servicetillfällen.

Enbart akut/subakut verksamhet pågår under service-tiden.

Vid service på Hybridsal 8: använd andra operationssalar och röntga med C-båge

### **Uppföljning**

Uppföljning vid behov i operationsrådet.

## Arbetsgrupp

Hybridsals-processen och produktionsledare VO3

*Innehållsgranskare*

Gunilla Björck, sektionsledare, intervention, VO2 SkaS

Åsa Appelqvist, processchef, anestesi, VO3 SkaS

Åsa Fredriksson, processchef, kirurgi, VO2 SkaS

Helena Benjaminsson, processchef, ortopedi, VO5 SkaS

Lina Welander, enhetschef, intervention, VO2 SkaS

Jens Odén, enhetschef, anestesi-operation, VO3 SkaS

Anna Essemo, enhetschef, anestesi-operation, VO3 SkaS

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-200

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-11-05

**Giltig till:** 2027-11-05