

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Michael Backhaus, (micba1), Överläkare

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-02

Giltig till: 2026-09-30

Ventrikuloperitoneal shunt, inställning - barn

Revideringar i denna version

Förlängt giltighetstiden.

Bakgrund, syfte och mål

Mäta inställning eller ändra inställning på ventrikuloperitoneal shunt.

Arbetsbeskrivning

Hos barn med ventrikuloperitoneal shunt av Strata-typ kan befintlig inställning kontrolleras. Till exempel vid försämrat allmäntillstånd.

Inställning behöver också kontrolleras före och efter magnetkameraundersökning.

Med blå ring (via allmänna uppgifter) skall anges vilken shuntmodell patient har och vilket motstånd senaste inställning är (ska anges datum). Vår shuntmätare och inställningsdon förvaras på barnavdelningen, läkarexpeditionen i en liten vagn.

Se tydlig instruktion inklusive film på styrdokument på DSBUS:

[Stratashunt \(film\) – att ställa om och mäta motståndet](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Michael Backhaus, (micba1), Överläkare

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9699-1702881381-144

Version: 7.0

Giltig från: 2026-03-02

Giltig till: 2026-09-30