

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-06-02

Innehållsansvar: Hedvig Ødegård, (hedde1), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-05-27

Granskad av: Katarina Andersson, (katan15), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Esofagusatresi, konventionell röntgen - barn

Förändringar sedan föregående version

Förlängt giltighetsdatum. Ändrat innehållsansvarig till Hedvig Ødegård.

Syfte

Radiologisk konventionell metod för undersökning hos barn vid misstanke om esofagus atresi.

Utförande/metodblad

Förberedelser: Skall ha sond. Höjd huvudända. Beredskap med sug och andningshjälp. Gärna narkosassistans under undersökning.

Materiel: Sond, nedlägges av barnavdelningen.

Kontrastmedel: Visipaque 270 mg l/ml ges via sond i övre segmentet.

Läkemedel: Inga.

Kontraindikationer: Under genomlysning konstateras sondläget. Ligger den i luftvägar finns sannolikt en övre fistel, då avbryts undersökningen här. Man skall absolut inte överfylla vilket kan ge såväl tracheakompression som aspiration. Använd minsta möjliga kontrastmängd (cirka 1 ml). Vid cyanos skall kontrasten genast aspireras.

Patientinformation/ förberedelse på lab: Dra upp kontrasten. Informera barn och föräldrar om undersökningen.

Dokumentation/ programval: Inskrivning av patient var god se manual vid lab.

Projektion: Skall föregås av lungröntgen och buköversikt. Analysera gasförhållanden och sondläge, kan ibland räcka för diagnos.
Aspirera sekret och saliv via sonden innan bildtagning.
Under genomlysning ges cirka 1 ml kontrast. Frontal samt sidoprojektion och eventuell vridning. Nedre segment behöver ej ytterligare utredas av oss. Efter bildtagning aspireras kontrasten. Sonden skall ligga kvar.

Dokumentation i Sedvanligt ifyllande av undersökningskortet.

PACS: I genomlysrutan noteras dos och genomlysningstid.

Relaterad information

Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Lokala anvisningar.

Käll- och litteraturförteckning

Se riktlinje konventionella undersökningar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Hedvig Ødegård, (hedde1),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Katarina Andersson, (katan15), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-105

Version: 9.0

Giltig från: 2025-06-02

Giltig till: 2027-05-27