

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-02-11

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-02-11

Granskad av: Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk civilingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Fel på datortomograferna – handläggning, SkaS Skövde

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderat textinnehåll. Ändrar innehållsgranskare till Andreas Lindgren.

Syfte

Hur man går till väga vid problem med datortomograferna.

Utförande

Vid problem med datortomograferna

Dagtid

Kontaktar vi MTR 31687 (klockan 07.15 - 16.00) som i sin tur tar kontakt med tekniker från GE. Telefon GE Medical 020-120 14 36 (klockan 08.00 - 16.30).

Kvällstid

Klockan 16.00 - 07.00.

ADT1 / ADT2 har vi remote service dygnet runt.

Detta innebär att om vi får problem med datortomografin under jourtid så kan vi själva ta kontakt med skandinavisk tekniker på GE som då gör en felsökning och åtgärdar eventuella problem remote.

Telefon till GE jourtid 08-559 500 78.

När vi ringer behöver vi uppge ett systemnummer: R002CT12 (ADT1)
R002CT10 (ADT2)

Obs! Innan vi ringer GE, prova alltid med att göra en restart av systemet (se styrdokument) för att se om problemet kvarstår.

Glöm inte att dokumentera i loggbok vad som inträffat.

Om maskinstoppet innebär att systemet inte går att använda nästkommande dag, så ansvarar den som är i tjänst vid datortomografen att informera enhetschef för eventuella avbokningar av program.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Andreas Lindgren, (andfr9), Medicinteknisk
civilingenjör

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-110

Version: 6.0

Giltig från: 2025-02-11

Giltig till: 2027-02-11