

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-01-16

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2027-01-16

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Hygien för undersökning vid neonatal och intensivvård – BFM radiologi

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderat textinnehåll och ändrar ordet labbpersonal till röntgenpersonal.

Syfte

Instruktion riktad till röntgenpersonal för ökad patientsäkerhet genom att beskriva hygienrutin inför undersökning på IVA eller NEO, SkaS Skövde.

Förutsättningar

Ansvar

Röntgensjuksköterska ansvarar för att rutiner följs så att undersökningar sker på ett patientsäkert vis.

Avgränsningar

Dokumentet är avsett för röntgenpersonal inom Bild och Funktionsmedicin Radiologi.

Utförande

IVA- patienter och för tidigt födda barn är känsliga för infektioner. Därför bör du som extern personal tänka på att inte sprida smitta. Det du som personal bör tänka på är att följa basala hygienrutiner.

Den basala hygienrutinen innefattar följande:

- Använd handskar när du sprutar kontrast i katetrar eller sonder
- Använd plastförkläden
- Även om du använder handskar, tänk på var du sätter dina orena händer
- Torka av detektor och alla hjälpmedel du använt med sprit. Sprita även av de ställen du har satt dina orena händer på
- Glöm inte att rengöra blyförklädet
- Innan du lämnar IVA eller NEO sprita av dina händer
- Är spriten eller något annat slut fyll på

MRSA eller andra infektioner, ska rapporteras av IVA-personalen eller NEO-personalen och vara angivet på remissen. Barriärvård gäller, det vill säga plastförkläde och handskar. Engångsskydd till detektor ska användas. Sprita av händer, maskin och material efter avslutad undersökning.

Arbetsgrupp

Kvalitetsöverläkare

Medicinsk rådgivare

Medicinska processen för konventionell radiologi

Hygienombud

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29),
Sektionsledare

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-140

Version: 8.0

Giltig från: 2025-01-16

Giltig till: 2027-01-16