

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-02-26

Innehållsansvar: Katarina Haglund, (katos), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-02-19

Granskad av: Ali Mashalla Åhre, (aliah3), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# MR-undersökning av patient som ammar och ska få GD-kontrastmedel – BFM radiologi

## Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Ny version på rekommendationer för KM vid MRT/SURF:s kontrastmedelsgrupp. I övrigt inga ändringar i dokumentet.

## Bakgrund och syfte

I riktlinjer från Läkemedelsverket och i europeiska riktlinjer står följande.

Beslutet om amning ska fortsätta eller skjutas upp i 24 timmar ska läkaren fatta i samråd med modern (lämpligt att använda bröstpump före undersökning för att spara undan mjölk till dygnet efter). Amningsuppehåll i minst 24 timmar ska göras för GD-kontrastmedel med hög risk för NSF.

Det finns inga data som talar för att det är nödvändigt att skjuta upp amning efter att modern fått GD-kontrastmedel.

Skrivningen i stycket ovan kan därför ses som en försiktighetsprincip och det är arbetsgruppens mening att vi i kontakten med modern redovisar kunskapsläget för att inte i onödan skapa oro. (Källa: Rekommendationer för KM vid MRT/SURF:s kontrastmedelsgrupp, version 11, 2024-03-26).

**På SkaS har vi beslutat att kvinnan ska skjuta upp amningen 24 timmar efter GD-kontrastmedel.**

## Utförande

Kvinnor som ringer och informerar att de ammar och ska ha GD-kontrastmedel så ska de informeras om att de ska ha

amningsuppehåll 24 timmar efter GD-kontrastmedel. Lämpligt är att de pumpas ur mjölk innan undersökning för att sen använda till barnet efter undersökningen. Mjölken som pumpas ur efter GD-kontrastmedel ska kasseras.

### **Kontaktuppgifter**

MR-kamera: 31674.

MR-granskning: 31002.

MR-sekreterare: 78069.

## **Arbetsgrupp**

Medicinska processen för magnetkameraundersökning

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Katarina Haglund, (katos),  
Röntgensjuksköterska

**Granskad av:** Ali Mashalla Åhre, (aliah3), Överläkare

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-217

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-02-26

**Giltig till:** 2027-02-19