

Skulderblad – konventionell röntgen

Förändringar sedan föregående version

Förlängt giltighetsdatum.

Syfte

Radiologisk konventionell metod för undersökning av skulderblad beroende på frågeställning/anamnes. För bakomliggande, grundläggande information se riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Metodmall

Bildtagning

Vid skelettskada eller destruktions tas bild 1 (frontal), bild 2 (sidobild) och bild 3 (epålett).

Projektioner

- 1. Frontalbild** Skulderbladets dorsala yta mot detektorn/bildplattan. Armen upplyft med handflatan på hjässan. Armbågen riktad framåt-lateralt. Centrera genom skulderbladets mitt.

Cstr: Genom skulderbladets mitt.

Bildkriterium: Större delen av skulderbladet projiceras i frontal vy lateralt om thorax.



2. Sidobild Lateral delen av axeln mot filmen. Armbågen förs framåt medialt utefter thoraxväggen cirka 30 grader. Centrera genom skulderbladets mediala kant ut genom den laterala kanten omedelbart kaudalt om cavitas glenoidale.

Cstr: In genom skulderbladets mediala kant och ut genom den laterala kanten under cavitas glenoidale.

Bildkriterium: Skulderbladets mediala och laterala kant projiceras över varandra samt friprojicerade från humerus och bröstkorgsväggen.



3. Epålett Axial-bild av cavitas glenoidale. Patienten sitter med detektorn bakom ryggen. Be patienten att sträcka på sig och ha handen i knät om möjligt. Vrid patienten lateralt så att cavitas glenoidale träffas vinkelrätt av strålriktningen.

Cstr: Röret vinklas 45 kaudal strålriktning, eller 45 grader kraniellt ifrån detektorn med samma vinkel så att den träffas vinkelrätt av strålarna. Centrera mitt i axelleden.

Kriterier: Cavitas glenoidale skall tangeras.

Relaterad information

Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Lokala anvisningar.

Arbetsgrupp

Medicinska processen för konventionell radiologi.

Käll- och litteraturförteckning

Se i riktlinje konventionella undersökningar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-315

Version: 9.0

Giltig från: 2024-10-01

Giltig till: 2026-10-01