

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2024-11-04

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2026-11-01

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# Överarm – konventionell röntgen

## Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderar innehåll med förtydligande av text vid projektioner 1. Frontal och 2. Sidobild.

## Syfte

Radiologisk konventionell metod för undersökning av överarm, beroende på frågeställning/anamnes. För bakomliggande, grundläggande information se riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

## Metodmall

### Bildtagning

**A. Standard** är bild 1 (frontal) och bild 2 (sida).

**B. Myelom.** Var god se myelomskelett.

### Projektioner

Denna undersökning avser framför allt humerus nedre 3/4-delarna.

Ligger det intressanta området i den övre 1/4-delen skall axelbilder tas.

Viktigt att de tagna bilderna är vinkelräta mot varandra.

1. Frontal:

Överarmens dorsalsida mot detektorn. Strålgången skall vara parallell med underarmen vid 90 graders flexion i armbågen. Sträck ut armen vid bildtagning.

**Cstr:** Centrera mitt på armen, men se till att armbågen är med.

**Kriterier:** Armbågsleden i frontal med på bilden och om möjligt bör axeln synas.



2. Sidobild: Överarmens lateralsida mot detektorn.  
Flektera underarmen 90 grader.  
Strålgången vinkelrät mot underarmen.
- Cstr:** Centrera mitt på humerus.
- Kriterier:** Armbågen med på bilden i rak sidoprojektion.



- Barn Jämförande frontal.
- Bildpresentation Frontal och därefter sida.
- Förberedelser Inga.

## Relaterad information

Riktlinje för Konventionella röntgenutrustningar.

## Arbetsgrupp

Medicinska processen för konventionell radiologi.

## Käll- och litteraturförteckning

Se i riktlinje konventionella undersökningar.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

**Granskad av:** Arthur Adelved, (artad1), Processchef

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-376

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2024-11-04

**Giltig till:** 2026-11-01