

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-10-27

Innehållsansvar: Axel Krefors, (axela1), Sjukhusfysiker

Giltig till: 2027-12-14

Granskad av: Ina Gillström, (inagi1), Sjukhusfysiker

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# Amningsuppehåll efter administrering av radiofarmaka

## Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Informationsblad ska ges till patient.

Förtydligande gällande hur patienten ska förhålla sig till småbarn.

## Bakgrund och syfte

En kvinna som ammar ska hålla upp med amningen efter att ha administrerats med radiofarmaka. Anledningen är att radioaktiviteten kan utsöndras i moderns bröstmjolk som sedan överförs till det ammande barnet. Syftet med denna rutin är att slå fast vad det är för amningsrestriktioner som föreligger för olika sorters radiofarmaka.

## Utförande

Patienten ska innan administrering av läkemedlet informeras om eventuellt amningsuppehåll enligt tabell 1. Under/efter ett amningsuppehåll ska mjölk extraheras och slängas. Vid tveksamheter ska sjukhusfysiker/läkare rådfrågas innan administrering.

Ge patienten informationsbladet "Patientinformation amning" som finns vid injektionsplatsen.

Patienten bör efter undersökningen och under resterande dagen försöka undvika att under längre stunder hålla små barn i famnen eller i knät. Korta stunder för exempelvis blöjbyten går bra.

Tabell 1. Rekommenderade amningsuppehåll.

Nuklid	Radiofarmaka	Uppehåll
Tc-99m	Perteknetat Pulmocis (MAA) PYP Ceretec (HMPAO)	12 h*
Tc-99m	Övriga	4 h**
I-123	Datscan	3 dygn*
I-131	NaI	Ind. uppskattning
Se-75	Sehcat	3 veckor*

\* Bröstmjolk ska extraheras och slängas regelbundet under uppehållet.

\*\* Bröstmjolk ska extraheras och slängas en gång innan första amningen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Axel Krefors, (axela1), Sjukhusfysiker

**Granskad av:** Ina Gillström, (inagi1), Sjukhusfysiker

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-416

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-10-27

**Giltig till:** 2027-12-14