

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-03-17

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2028-04-12

Granskad av: Joakim Palmquist, (joapa1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# Stitching av bilder – BFM radiologi

Förändringar sedan föregående version  
Förlänger giltighetsdatum.

## Bakgrund, syfte och mål

Rutin till röntgensjuksköterskan vid röntgenundersökningar där man med fördel kan använda stitching på Samsunglab – GC85A.

## Förutsättningar

Riktlinjer till röntgensjuksköterskan vid röntgenundersökningar där man med fördel kan använda stitching på Samsunglab – GC85A.

## Avgränsningar

Gäller Samsunglab – GC85A.

## Arbetsbeskrivning

Används vid:

- Passageundersökningar
- Buköversikt
- Alla postop undersökningar och kontroller där organet inte får plats på detektorn till exempel överarm, lårben och underben.
- Skolios
- Benvinkelmätning

Obs! Vid frakturfrågeställning får stitching EJ användas.

## Relaterade dokument

Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar

Lokala anvisningar.

## Arbetsgrupp

Medicinska processen konventionell radiologi

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Ann-Charlotte Andersson, (annan29),  
Sektionsledare

**Granskad av:** Joakim Palmquist, (joapa1), Specialistläkare

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-479

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2026-03-17

**Giltig till:** 2028-04-12