

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Friséen Kollberg, (karco), Koordinator

Granskad av: Magnus Olsson, (magol1), Chefläkare

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Giltig från: 2025-01-30

Giltig till: 2027-01-21

# Manuell defibrillator (Intrepid), extrautrustning för SkaS Lidköping

## Förändringar sedan föregående version

Förlängt giltighetsdatum.

Bakgrund, syfte och mål är uppdaterad.

Arbetsbeskrivning, Vid behov av extra Intrepid SkaS Lidköping, är uppdaterad.

## Bakgrund, syfte och mål

En extra multifunktionell defibrillator, Intrepid, finns placerad SkaS Lidköping när man vid transport av patienten behöver en mer avancerad övervakning och därmed skickar med enhetens Intrepid på transport och anser att man är i behov av mer avancerad teknik än en halvautomatisk defibrillator. Den kan också hämtas om den ordinarie utrustningen inte fungerar.

## Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Vid behov av extra Intrepid SkaS Lidköping

Det finns en extra multifunktionell defibrillator, Intrepid, SkaS Lidköping placerad i HLR-Studio plan 1. Denna utrustning kan användas i samband med att enheters egna Intrepid används till patienttransport till andra sjukhus eller om någon av de ordinarie utrustningarna går sönder.

- Vill man få ut denna defibrillator och Medicinsk Teknik inte finns behjälpliga vänder man sig till Trygghetscentralen, TC, på telefon 0500-43 28 40.

- Man uppger vem och från vilken enhet man ringer, telefonnummer till enheten samt vart inom sjukhuset utrustningen skall levereras.
- Personalen på TC larmar bevakningspersonal i Lidköpingsområdet som omgående hämtar defibrillatorn i förrådet och levererar den till aktuell enhet.
- Funktionskontroll av Intrepid görs av enheten innan den börjar användas.
- När användandet av Intrepid är klar och skall åter till HLR-Studio ringer man Medicinsk Teknik under dagtid, måndag-fredag, 0500–431550.
- Finns inte Medicinsk Teknik behjälplig ring Trygghetscentralen 0500-43 28 40, de hämtar sedan och återställer utrustningen i samband med deras nästkommande besök.
- Uppstår något fel i samband med användandet av den extra Intrepid är det viktigt att Medicinsk Teknik informeras.

## Arbetsgrupp

Karin Frisé-Kollberg, HLR-funktionen SkaS, FoUUI

Malin Nordstedt Trygghetscentralen SkaS.

Margareta Hellqvist Medicinsk teknik SkaS

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Skaraborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Karin Frisén Kollberg, (karco), Koordinator

**Granskad av:** Magnus Olsson, (magol1), Chefläkare

**Godkänd av:** Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

**Dokument-ID:** SKAS9709-121726567-10

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-01-30

**Giltig till:** 2027-01-21