

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Erik Frick, (erifr), Processchef

Granskad av: Annette Trengé Jarlshammar, (anntr2), Utvecklingschef

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Giltig från: 2024-05-28

Giltig till: 2026-05-28

Pacemaker – avliden patient

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet

Bakgrund, syfte och mål

Pacemaker eller ICD (intern defibrillator) måste avlägsnas före kremering. Däremot återanvänds inte pacemakern och den behöver inte återsändas till sjukhuset. Hanteras som elektroniskt avfall. Vid begravning utan föregående kremering behöver pacemakern inte avlägsnas.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från riktlinjen dokumenteras i Melior om riktlinjen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från riktlinjen rapporteras i MedControlPRO.

Ansvar för avlägsnande av pacemaker på avliden patient, och eventuella kostnader förbundna med detta, vilar på den vårdgivare som har ansvaret för patienten efter dödsfallet. För patient som avlider på sjukhuset ansvarar den vid dödsfallet vårdande kliniken. För patient som avlider utanför sjukhuset ansvarar primärvården.

Ingreppet för att avlägsna pacemakern är enkelt och kan utföras av läkare, sjuksköterska eller begravningsentreprenör. Elektroden klipps av under huden och lämnas kvar i kroppen. Obduktionstekniker på Skaraborgs sjukhus Skövde kan hjälpa till vid behov. Primärvården står i så fall för kostnaden för transport av patienten dit.

Arbetsgrupp

Kardiologkliniken SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Erik Frick, (erifr), Processchef

Granskad av: Annette Treng Jarlshammar, (annt2), Utvecklingschef

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Dokument-ID: SKAS9709-121726567-80

Version: 8.0

Giltig från: 2024-05-28

Giltig till: 2026-05-28