

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-02-03

Innehållsansvar: Daniel Hellner, (danhe), Överläkare

Giltig till: 2027-02-03

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

# Telefonrådgivning till patient med tillslag av ICD eller CRT- D- kardiologi

## Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Att hänvisa patienten till rätt vårdnivå samt öka patientsäkerheten genom dokumentation

## Arbetsbeskrivning

*Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.*

ICD/CRT-D-telefonrådgivning till patient med ICD/CRT-D

Dokumentera alltid telefonrådgivning i Melior, under öppenvårdstillfälle.

Skriv kortfattat vad som hänt och vad ni råder patient/anhöriga till.

- Patient som haft tillslag av sin ICD 1-2 gånger och mår bra eller
- Om dosan vibrerar eller ljudsignal hörs (indikerar på begränsad batterilängd - 3 mån - alternativt elektroddysfunktion):

Hänvisa till Fyslab/ICD-mottagningen, Skaraborgs sjukhus i Skövde: 0500/431325.

Om stängt kan de ringa nästföljande vardag, behöver ej komma in akut.

**OBS! Det kan pga. problem med patientens ICD-system finnas anledning att patienten behöver läggas in akut för telemetriövervakning i väntan på ICD-kontroll. Detta anges i så fall tydligt och återkommande i journalanteckning vid ICD-kontroller.**

- Vid 3 eller fler tillslag, och mår bra:

Patienten skall in akut för kontroll, kontakta kardiolog-dag/bakjouren.

Ambulans till Skaraborgs sjukhus i Skövde.

- Om patienten haft tillslag av ICD:n och inte mår bra:

Patienten skall in akut (oavsett antal tillslag), kontakta Kardiolog-dag/bakjouren. Ambulans till Skaraborgs sjukhus i Skövde.

## Arbetsgrupp

Arytmi-teamet, Kardiologkliniken SkaS Skövde

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Kard Inf Hud Njur Gastro

**Innehållsansvar:** Daniel Hellner, (danhe), Överläkare

**Granskad av:** Erik Frick, (erifr), Processchef

**Godkänd av:** Andreas Lestander Melin, (andle15),  
Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9709-121726567-94

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-02-03

**Giltig till:** 2027-02-03