

Gäller för: VE Hema Lung Med Neur Reum  
Innehållsansvar: Louise Hurst, (louhu), Sjuksköterska  
Godkänd av: Jonna Sandh, (jonol), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-12

Giltig till: 2026-09-30

# Pleuradränage, insättning - lungmedicin

## Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

## Bakgrund, syfte, mål

Dränering av lunsäckan kan vara indicerad av flera skäl. En vanlig orsak är vätska som man önskar tappa ut för att lungorna skall få bättre plats och därigenom minska symptom i form av andfåddhet. Ett annat skäl kan vara en bakteriell infektion i lunsäckan där regelbundna spolningar med i första hand NaCl utgör en viktig behandlingsprincip vid sidan av antibiotika. Dränet kan också syfta till att tömma lunsäckan på luft vid pneumothorax och är då vanligen kopplat till en ventil eller vattenlås. Vattenlåset kan i sin tur vara kopplat till en fast eller mobil sug. Det finns olika typer av pleuradränage, vad som används i det enskilda fallet avgörs av underliggande indikation, patientens tillstånd samt läkarens förtrogenhet m.m. De drän vi använder idag på lungmedicin är av typen Cook, PleurX, Truclose, Bülow.

## Arbetsbeskrivning

### **Tappning av pleuravätska via pleuradrän.**

För att inte påverka trycket i lunsäckan på ett skadligt sätt är det viktigt att inte tappa ut för mycket pleuravätska på en gång. Vid hosta eller smärtreaktion i samband med tappning rekommenderas kortare paus. I samband med tappningen kan upp till 1000 ml tappas ut direkt, därefter bör dränet stängas i 4 timmar. Därefter kan tappningen fortsättas med max 1000 ml åt gången och när flödet minskar låter man dränet stå öppet. (Bülow stängs med två peanger (24 cm) något mindre peanger eller klämma till Cookdrän. Lägg kompress mellan drän och peang/klämma så dränet ej skadas).

## **OBS**

Kontrollera patientens allmäntillstånd. Notera vätskemängd och utseende.

Använd tömningsbara KAD-påsar, byts en gång per vecka. Märk påsen med datum, klockslag och etikett ”pleuradrän”, (får ej förväxlas med urin-KAD-påse) Om patienten har cytostatikabehandling ska man använda vanlig KAD-påse som ej är tömbar. Detta gäller fem dygn efter avslutad cytostatikabehandling.

Lägg KAD-påse med pleuravätska i ett hygienunderlägg och i en kraftig plastpåse. Knyt ihop och lägg i riskavfall.

## **Förberedelser**

Patienten ska komma klädd i operationsskjorta och transporteras i säng. Uppmärksamma pågående behandling med blodförtunnande läkemedel, rådfråga doktor.

Premedicinering, rådfråga doktor.

Kontrollera saturation.

Iordningställ sug, om det är ordinerat. Thopaz – sugtryck enligt läkarordination.

Ultraljudsapparat.

## **Duka sterilt**

- Hålduk
- Steril duk
- Sterilt förband
- Sterila kompresser
- Ev. skalpell (finns i de flesta dränförpackningar)
- Sax, nålförare och pincett.
- Suturtråd (2-0)
- Spruta 10 ml 2-3 stycken.
- Kanyl grön 0,8 x 80 mm 2–3 stycken och eller 0,8 x 50 mm.
- Kanyl rosa 1,2 x 50 mm

## **Duka rent**

- Omläggingsset (el. tex aluminiumform och rundtork)
- Carbocain 10 mg/ml eller Mepivacaine 10 mg/ml max 30 ml
- Klorhexidinsprit 5 mg/ml färgad
- Sterila handskar

- Plastförkläde, engångsrock
- Peanger 2 st 24 cm, endast till grövre drän, något mindre peanger eller kateterklämma till tunnare drän
- Pleuradrän, rådfråga utförande läkare om vilken sort (vänta att öppna tills man ser att det finns vätska.)
- Thopaz thorax dränagesystem eller pleurapack. Vid ordination på sug iordningsställ Thopaz. Vid brist på Thopaz använd pleurapack.
- Silkeshäfta
- Flexi-track, fixation till dränageslangen
- Tömningsbar KAD-påse/icke tömningsbar påse vid cytostatikabehandling.
- Etikett ”pleuradrän”

### **Efter undersökningen**

Omläggning med steril rutin, se styrdokument ”pleuradränage skötsel – lungmedicin”

Kontrollera saturation.

Observera ev. subcutant emfysem.

Eventuellt smärtlindra enligt läkarordination.

Eventuellt röntgen pulm efter läkarordination

Sängläge 1 tim.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Hema Lung Med Neur Reum

**Innehållsansvar:** Louise Hurst, (louhu), Sjuksköterska

**Godkänd av:** Jonna Sandh, (jonol), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9713-588209652-10

**Version:** 10.0

**Giltig från:** 2026-06-12

**Giltig till:** 2026-09-30