

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro, Västra Götalandsregionen

Giltig från: 2025-03-12

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2027-02-27

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Vattenavbrott vid dialysmottagning – njursjukvård

Revideringar i denna version

Ändring under rubrik "Förberedelser" samt korrigerig av namn för Västfastigheter och Medicinsk teknik.

Bakgrund, syfte och mål

GMP-dokument (Good Manufacturing Practice).

Tydliggöra personalens uppgifter vid larm från förvaltningen fastighet, stöd och service (FFSS) /vattenverket om otillräcklig vattenförsörjning.

Ansvar

FFSS ansvarar enligt instruktion för att larm går ut till dialysmottagning/njurmedicinavdelning vid störning i vattenförsörjningen. På jourtid går larm till Securitas.

Förberedelser

Dialysmottagningen är helt beroende av vatten för att kunna genomföra en dialysbehandling.

Arbetsbeskrivning

När larm uppkommer på jourtid meddelas Securitas som gör en okulär besiktning. De kontaktar i sin tur TiB (Tjänsteman i Beredskap) som vidtar de åtgärder som krävs.

Vid larm direkt till dialysmottagningen under pågående behandlingar gäller följande rutin:

1. Kontakta driftsansvarig för teknik - MT.
 - Ansvarig sjuksköterska och läkare prioriterar och beslutar om eventuellt avbrytande av pågående dialysbehandlingar.

- Inga nya dialysbehandlingar påbörjas.
- Om värmedesinfektion pågår avbryts denna omgående.
- Kontakta Mössebergsdialysen om larmet gäller från Borgunda vattenverk (Skaraborgsvatten) och informera om vattenavbrott, telefon 0515-87090.

Arbetsgrupp

Innehållsansvarig

Bogdan Matei, Överläkare, Njurmedicinska kliniken, SkaS Skövde

Joost Fokkelman, Medicinteknisk civilingenjör, Medicinsk teknisk, SkaS Skövde

Thomas Turemark, Sjuksköterska, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro, Västra
Götalandsregionen

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-113

Version: 5.0

Giltig från: 2025-03-12

Giltig till: 2027-02-27