

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-07

Giltig till: 2027-05-06

Exit site PD-kateter omläggning - njursjukvård

Revideringar i denna version

Byte av innehållsansvarig. Ändring i arbetsgrupp. Korrigering under rubrik "Ansvar".

Syfte

Beskriva ansvar, rutiner, material och tillvägagångssätt för omläggning av läkt exit site. Exit site anses som läkt tre veckor efter PD-kateterinläggning eller PD-kateterupptagning om katetern legat subkutant. Ej färdigläkta exit site läggs om av PD-personal.

Ansvar

Patienter i slutenvården läggs om av patientens ansvariga sjuksköterska på avdelningen eller omvårdnadsansvarig undersköterska. PD-sjuksköterska behjälplig vid behov.

Arbetsbeskrivning

Normalrutin

Omläggning görs alltid i samband med inskrivning i slutenvården och vid mottagningsbesök. Patienter i slutenvården läggs rutinmässigt om tisdag och fredag eller om förbandet lossnat/blivit fuktigt. För ordination av tvättlösning, se patientens access-protokoll, alternativen är fysiologiskt NaCl, Klorhexidinsprit eller Descutansvamp (max 2 ggr/vecka).

MATERIAL:

- Ett paket små sterila kompresser.
- En förpackning med Descutansvamp, alternativt stora sterila kompresser fuktade med Klorhexidinsprit eller fysiologisk NaCl.

- Förband IV 3000, Tegaderm, Mepilex Border Lite eller elastisk häftväv, se access-protokoll.
- Sterila handskar.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

- Ta på plastförkläde.
- Sprita händerna. Gnid in spriten tills händerna är torra.
- Använd handskar.
- Ta bort det gamla förbandet.
- Ta av handskar. Sprita händerna igen och ta nya handskar.
- Öppna förpackningarna.
- **Inspektera**, vid **misstänkt infektion** tag odling från exit site. Se styrdokument ”Exit-site, odling” (SKAS9715-1834850575-42) och ”Exit site infektion i peritonealdialys (PD) kateter”(SKAS9715-1834850575-41). Vid tveksamhet rådgör med PD-sjuksköterska/jourhavande läkare.
- Tvätta runt exit site med aktuell tvättlösning.
- Tvätta kateterslangen inifrån och ut, undvik att dra i katetern.
- Torka med sterila kompresser.
- Lägg en liten kompress under slangen, den andra lilla kompressen ovanpå.
- Fixera med likadant förband som satt på tidigare.
- **Dokumentera** exit sites utseende i accessprotokollet.

Relaterad information

Se styrdokument ”Exit-site, odling” (SKAS9715-1834850575-42) och ”Exit site infektion i peritonealdialys (PD) kateter” (SKAS9715-1834850575-41).

Arbetsgrupp

Innehållsansvarig

Maria Johansson, Sjuksköterska, PD-mottagningen, SkaS Skövde

Lukas Sjöberg, Sjuksköterska, PD-mottagningen, SkaS Skövde

Ann Karlsson, Sjuksköterska, PD-mottagningen, SkaS Skövde

Åsa Andersson, Sjuksköterska, PD-mottagningen, SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-116

Version: 11.0

Giltig från: 2025-05-07

Giltig till: 2027-05-06